

## Chiarimenti

La processività di 96 campioni per ciclo operativo è una caratteristica importante ma non indispensabile ai fini di un'eventuale aggiudicazione .

Qualora altri strumenti con minore processività si dimostrassero adeguati all'attività preposta dopo verifica e comparazione con gli attuali sistemi di estrazione, a scelta potrà cadere su strumentazione con capacità operative inferiori a quelle esplicitate nel capitolato di gara.

Le prove sugli strumenti offerti avverranno dopo il negoziato del 1/7/2010.