

OSPEDALE NIGUARDA
BLOCCO NORD

ANALISI DOTAZIONE TESTALETTO PATOLOGIA NEONATALE FORNITURA AZIENDA OSPEDALIERA

| | | Quantità | Dotazioni elettriche | | | Dotazione gas medicali | | | | | | | Note | | | |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------------------------|------|--|--|--|
| | | | Prese dati | Modulo chiamata infermiera | Linee alimentazione e elettrica | Vuoto | Ossigeno | Protossido | Aria medicinale | Aria 8 | Aria per evacuazione gas anestetici | Evacuazione gas anestetici | | | | |
| | | | [n°] | | [n°] | | | | | | | | | | | |
| N3-PIANO SECOND | C Lato nord | TiA074 | Terapia sub intensiva | 10 | 4 | si | 5 | X | X | | X | | | | | |

