

SCHEDA REQUISITI AUSILIO - Carrozine a motore elettrico (12.24.09 unità di propulsione)

REQUISITI ESSENZIALI DEL PRODOTTO

A.1 IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Fornitura prevista dal D.M. del 12-01-2017 ad oggetto: "Definizione aggiornamento livelli assistenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30-12-1992 n. 502."

I dispositivi medici elencati devono essere conformi al d. lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 in attuazione della direttiva 93/42/CEE

Codice ISO Codice CND	Descrizione
12.24.09.015-5 Yxxxxxx	Adattamento Kit di motorizzazione universale per carrozzine - dispositivo ricondizionato

A.2 INDICAZIONI

Adattamento ausilio destinato a persone con difficoltà di cammino autonomo derivanti da riduzioni funzionali nel sostentamento in posizione eretta.

A.3 NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva CEE 93/42 inerente i dispositivi medici

- UNI EN 12182 (D.L.46/97) "Ausili tecnici per persone disabili – requisiti generali e metodi di prova"

A.4 FUNZIONE PRIMARIA

Adattamento dispositivo ricondizionato che trasforma la carrozzina ad autospinta, in possesso dell'utente, in una sorta di triciclo funzionante a batteria. Collegabile ai diversi modelli di carrozzine ad autospinta in commercio, siano esse a telaio pieghevole o a telaio fisso, per uso interno/esterno.

A.5 REQUISITI ESSENZIALI DI FORNITURA

► la scelta del dispositivo più idoneo dovrà essere valutata dal tecnico ortopedico in collaborazione con il medico specialista prescrittore/equipe e con l'utente in relazione alle condizioni clinico psico fisiche, alla tipologia di carrozzina in possesso del paziente, al territorio di utilizzo

► Qualora sia disponibile a magazzino un dispositivo ricondizionato, come necessario al paziente, il tecnico ortopedico dovrà provvedere all'acquisto e applicazione dei nuovi agganci (kit/carrozzina) e provvedere alle eventuali modifiche necessarie

► il dispositivo dovrà essere provato con il paziente prima della scelta definitiva del modello e della consegna

► sia sul dispositivo sia sulla carrozzina in uso, dovranno essere effettuate dal tecnico ortopedico tutte le configurazioni, regolazioni (meccaniche ed elettroniche) e settaggi necessari a garantire l'utilizzo dell'ausilio in condizioni di sicurezza per il paziente

► qualora gli adattamenti non possano essere attuati al domicilio del paziente e sia necessario il ritiro della carrozzina da parte del tecnico, dovrà essere messa a disposizione del paziente una carrozzina sostitutiva per tutto il tempo necessario.

► il tecnico ortopedico dovrà provvedere all'istruzione all'uso e manutenzione ordinaria

► il tecnico ortopedico dovrà provvedere all'assistenza ed eventuali riparazioni nel periodo di garanzia

► il dispositivo dovrà essere consegnato all'utente, al domicilio dello stesso o nella struttura di prescrizione in accordo con medico specialista/l'equipe che effettuerà il collaudo

► qualora gli adattamenti non possano essere attuati al domicilio del paziente e sia necessario il ritiro della carrozzina da parte del tecnico, dovrà essere messa a disposizione del paziente una carrozzina sostitutiva per tutto il tempo necessario.

► rilascio, da parte del tecnico ortopedico, della certificazione di compatibilità dell'ausilio con la carrozzina in uso e manuale di istruzione completo in lingua italiana

► l'aggiunta di eventuali optional non previsti dal capitolato sono a carico dell'utente, la proprietà del dispositivo resta comunque della ASST