



SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI FONDAMENTALI PER BANDO ESPLORATIVO

Sistemi in uso presso la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'attività di Maxillo Facciale e ORL per patologie cervico-Facciali attualmente utilizzati quelli dell'impresa Jhonson&Jhonson Medical

MATRIX MIDFACE STRUM NEW
MATRIX MANDIBLE TRANSBUCCALE
MATRIX MANDIBLE RECON STRUM
MATRIX MANDIBLE TRAUMA STRUM
MATRIX MIDFACE PLACCHE
MATRIX MANDIBLE RECON VITI
MATRIX MANDIBLE TRAUMA VITI
MATRIX MANDIBLE RECON PLACCHE
SISTEMA FISS RIASSOR 1.5 2.0
MATRIX ORBITAL
MATRIX MANDIBLE RECON+ TRAUMA

Requisiti fondamentali di fornitura per strumentario/set/dispositivi necessari per lo svolgimento della nostra attività chirurgica quotidiana:

1. Materiale di consumo (placche e viti in titanio) per osteosintesi mandibolare (sistemi 2.0) con possibilità di scelta tra placche di forma e profili (cioè rigidità e robustezza, almeno 3 profili) differenti, da adeguare alle necessità cliniche del singolo caso migliorando l'outcome e la qualità complessiva del trattamento chirurgico; possibilità di scelta inoltre tra viti tradizionali e viti Lock (cioè con ulteriore filettatura della testa della vite per alloggiamento in corrispondenza controfilettatura della placca).
2. Materiale di consumo (placche e viti in titanio) per osteosintesi del terzo facciale medio (sistemi 1.5) con possibilità di scelta tra placche di forma e profili (cioè rigidità e robustezza, almeno 3 profili) differenti, da adeguare alle necessità cliniche del singolo caso migliorando l'outcome e la qualità complessiva del trattamento chirurgico; possibilità di scelta inoltre tra viti tradizionali e viti autopercoranti.
3. Materiale di consumo (placche e viti in titanio) per osteosintesi del terzo facciale superiore e del cranio (sistemi 1.5 low profile o 1.3 o 1.0); possibilità di scelta inoltre tra viti tradizionali e viti autopercoranti.
4. Materiale di consumo (placche e viti in titanio) per ricostruzione mandibolare (sistemi 2.4-2.5-2.7) con possibilità di scelta tra placche di forma e profili (cioè rigidità e robustezza, almeno 3 profili) differenti, da adeguare alle necessità cliniche del singolo caso migliorando l'outcome e la qualità complessiva del trattamento chirurgico; possibilità di scelta inoltre tra viti tradizionali e viti Lock. Eventuale disponibilità di placche da ricostruzione con protesi per i condili mandibolari.
5. Strumentario dedicato per tutti i sistemi sopraccitati.
6. Strumentario per osteosintesi mandibolare per via transbuccale.
7. Materiale di consumo (mesh premodellate e viti in titanio) per ricostruzione orbitaria (sistemi 1.5) con elevata accuratezza anatomica del contour tridimensionale delle mesh proposte in almeno due dimensioni per lato (left e right, small e large). Viti tradizionali e autopercoranti, strumentario e materiale in set dedicato.
8. Materiale di consumo (placche e viti in materiale riassorbibile) per ricostruzione craniofacciale in età pediatrica (sistemi 1.5 e/o 2.0). Strumentario dedicato.
9. **Si precisa che viene richiesta la disponibilità di lasciare in fornitura permanente (nei BO utilizzatori) lo strumentario suddetto ed una fornitura completa del materiale di consumo, da reintegrare dopo ogni procedura.**