

## **BANDO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA DI N. 2 CAMERE IPERBARICHE**

L'impianto oggetto del presente bando è composto da n. 1 consolle e da n. 2 camere iperbariche da 12 posti interni ed è situato presso il padiglione DEA, piano terra, ala est della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

L'impianto delle n. 2 camere iperbariche presenta un sistema automatico di controllo e gestione dell'impianto che impedisce agli operatori di continuare l'attività in consolle in presenza di allarmi bloccanti durante la terapia.

Gli allarmi servono ad avvisare l'operatore di una situazione di potenziale pericolo e quest'ultimo, attraverso i comandi e controlli a corredo dell'impianto, deve essere in grado di portare gli occupanti in una situazione di sicurezza (in assenza di procedure automatiche di sicurezza o di guasto di queste ultime), senza introdurre ulteriori rischi.

L'importanza del blocco, qualora la terapia non sia iniziata, è molto importante, ma una volta che questa è incorso, è opportuno consentire agli operatori di portare in sicurezza gli occupanti della camera nella posizione più ergonomica e con tutti i comandi e controlli a disposizione.

Si chiede di provare l'impianto, di verificarne le problematiche e di redigere una relazione incentrata sui livelli di prestazione dell'impianto iperbarico, in conseguenza ad uno o più guasti e nelle ordinarie condizioni lavorative.