



**VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI N. 1 LETTO OPERATORIO
PER ORTOTRAUMATOLOGIA, AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016**

Con determinazione n. 1410 del 09/10/2020 è stata indetta una procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto di fornitura di n. 1 letto operatorio per ortotraumatologia per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo a base d'asta di € 120.000,00 (importo complessivo € 146.400,00), con criterio di scelta dell'offerta quella economicamente più vantaggiosa, individuata secondo i criteri indicati nella documentazione di gara.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 06/11/2020.

Entro il termine suindicato, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

IMPRESA
STERIS S.R.L.
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.
GETINGE ITALIA S.R.L.
MEGATEC S.R.L.

Tutti gli operatori economici sono stati ammessi alle successive fasi di gara.

Il Direttore Generale, con deliberazione n. 1160 del 16/11/2020, ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto, così composta:

Presidente: Ing. Marco Ciboldi;
Componente: Dott. Federico Bove;
Componente: Ing. Greta Puleo

Il Capitolato Speciale d'Appalto prevede che la gara venga aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 10bis D.Lgs50/16 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti criteri:



- OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 70/100
- OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 30/100

Le caratteristiche di qualità verranno valutate in base ai seguenti criteri:

	ELEMENTI VALUTATI	PUNT. MAX
1.	ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA	70
1a	Ergonomia di utilizzo del letto e degli accessori	20
1b	Radiotrasparenza - Percentuale superficie radio opaca del piano del letto sul totale (Punti 10 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	10
1c	Larghezza del piano (Punti 10 al valore maggiore, altri in modo proporzionale)	10
1d	Peso massimo paziente (carico utile) (Punti 10 al valore maggiore, altri in modo proporzionale)	10
1e	Caratteristiche migliorative rispetto al capitolato	12
1f	Tempo massimo di risoluzione del guasto a partire dalla chiamata. (Punti 8 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	8
2.	ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA	30
2a	Prezzo complessivo per la fornitura (Punti 30 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	30
	TOTALE GENERALE	100

Il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la documentazione tecnica caricata sul portale dal concorrente ai componenti della Commissione Giudicatrice nominata dal Legale Rappresentante, per la valutazione della qualità delle offerte.

In data 05/01/2021 alle ore 10.00 si è riunita la suddetta Commissione Giudicatrice per la valutazione qualitativa delle offerte pervenute, attribuendo i seguenti punteggi:



	ELEMENTI VALUTATI	PUNT. MAX	STERIS S.R.L.	TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	GETINGE ITALIA S.R.L.	MEGATE C S.R.L.
1.	ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA	70				
1a	Ergonomia di utilizzo del letto e degli accessori	20	20,00	0,00	20,00	20,00
1b	Radiotrasparenza - Percentuale superficie radio opaca del piano del letto sul totale (Punti 10 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	10	7,00	8,00	9,00	10,00
1c	Larghezza del piano (Punti 10 al valore maggiore, altri in modo proporzionale)	10	9,54	10,00	9,17	9,72
1d	Peso massimo paziente (carico utile) (Punti 10 al valore maggiore, altri in modo proporzionale)	10	10,00	8,00	9,08	9,06
1e	Caratteristiche migliorative rispetto al capitolato	12	8,57	0,86	12,00	1,71
1f	Tempo massimo di risoluzione del guasto a partire dalla chiamata. (Punti 8 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	8	0,00	4,57	0,00	8,00
	TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI		55,11	31,43	59,25	58,49
2.	ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA	30				
2a	Prezzo complessivo per la fornitura (Punti 30 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	30				
	TOTALE GENERALE	100				

Nell'allegato 1 sono riportati i valori attribuiti da ciascun commissario per i criteri oggetto di valutazione tramite il metodo del confronto a coppie.

Nell'allegato 2 sono invece riportati i valori numerici dei parametri che hanno determinato i punteggi assegnati per i criteri quantitativi.



NOTA: per quanto riguarda il criterio 1F (Tempo massimo di risoluzione del guasto a partire dalla chiamata) non è stato reperito il dato nella documentazione di gara della ditta STERIS.

Per quanto riguarda la ditta GETINGE il valore dichiarato di "entro 1 ora dalla chiamata" non è stato ritenuto verosimile, anche in considerazione del fatto che il tempo di intervento dichiarato dalla chiamata è anch'esso di 1 ora. La commissione ritiene quindi di assegnare un punteggio pari a 0

La seduta si chiude alle ore 12.00

Milano, 05/01/2021

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente: Ing. Marco Ciboldi;

Componente: Dott. Federico Bove;

Componente: Ing. Greta Puleo

ALLEGATI

- 1) PUNTEGGI ASSEGNATI DOPO CONFRONTO A COPPIE
- 2) PUNTEGGI ASSEGNATI CRITERI QUANTITATIVI



ALLEGATO 1: CONFRONTO A COPPIE

ID IMPRESA	RAGIONE SOCIALE	PUNTI	PREFERENZA
A	A = STERIS S.R.L.	1	parità
B	B = TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	2	minima
C	C = GETINGE ITALIA S.R.L.	3	piccola
D	D = MEGATEC S.R.L.	4	media
E		5	grande
F		6	massima
G			

ID CRIT.	N. CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTI MAX	A	B	C	D
1	1	Ergonomia di utilizzo del letto e degli accessori	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
2	2	Caratteristiche migliorative rispetto al capitolato	12,00	8,57	0,86	12,00	1,71
		Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative	32,00	28,57	0,86	32,00	21,71

CRITERIO 1

COMMISSARIO 1 -

A	2	B	0	A	1	C	1	A	1	D	1
				B	0	C	2	B	0	D	2
								C	1	D	1

TOT	
A	4
B	0
C	4
D	4

COMMISSARIO 2 -

A	2	B	0	A	1	C	1	A	1	D	1
				B	0	C	2	B	0	D	2
								C	1	D	1

TOT	
A	4
B	0
C	4
D	4

COMMISSARIO 3 -

A	2	B	0,00	A	1	C	1	A	1	D	1
				B	0	C	2	B	0	D	2
								C	1	D	1

TOT	
A	4
B	0
C	4
D	4

		COMMISSARIO			TOTALE	COEFFICIENTE	PUNTI
		1	2	3			
I M P R E S A	A	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00000	20,00000
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	C	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00000	20,00000
	D	4,00	4,00	4,00	12,00	1,00000	20,00000

A = STERIS S.R.L.
 B = TRUMPF MED ITALIA S.R.L.
 C = GETINGE ITALIA S.R.L.
 D = MEGATEC S.R.L.

CRITERIO 2



COMMISSARIO 1 -

A	3	B	0	A	0	C	2	A	3	D	0
				B	0	C	4	B	1	D	1
								C	4	D	0

TOT	
A	6
B	1
C	10
D	1

COMMISSARIO 2 -

A	3	B	0	A	0	C	2	A	3	D	0
				B	0	C	4	B	1	D	1
								C	4	D	0

TOT	
A	6
B	1
C	10
D	1

COMMISSARIO 3 -

A	4	B	0,00	A	1	C	1	A	3	D	0
				B	0	C	4	B	0	D	2
								C	3	D	0

TOT	
A	8
B	0
C	8
D	2

		COMMISSARIO			TOTALE	COEFFICIENTE	PUNTI
		1	2	3			
I M P R E S A	A	6,00	6,00	8,00	20,00	0,71429	8,57143
	B	1,00	1,00	0,00	2,00	0,07143	0,85714
	C	10,00	10,00	8,00	28,00	1,00000	12,00000
	D	1,00	1,00	2,00	4,00	0,14286	1,71429

A = STERIS S.R.L.
 MED ITALIA S.R.L.
 C = GETINGE ITALIA S.R.L.
 D = MEGATEC S.R.L.

ALLEGATO 2 PUNTEGGI CRITERI QUANTITATIVI

Radiotrasparenza - Percentuale superficie radio opaca del piano del letto sul totale (Punti 10 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	Radiotrasparenza OPT: 100% STERIS: 70% TRUMPF: 80% MAQUET: 90%
Larghezza del piano (Punti 10 al valore maggiore, altri in modo proporzionale)	OPT: 530 mm STERIS: 520 mm TRUMPF: 545 mm MAQUET: 500
Peso massimo paziente (carico utile) (Punti 10 al valore maggiore, altri in modo proporzionale)	OPT: 453 kg STERIS: 500 kg TRUMPF: 400 kg MAQUET: 454 kg
Tempo massimo di risoluzione del guasto a partire dalla chiamata. (Punti 8 al valore minore, altri in modo inversamente proporzionale)	OPT: 16 ore STERIS: dato non reperito sulla documentazione ricevuta TRUMPF: 28 ore GETINGE: tempo di risoluzione del guasto dichiarato = entro 1 ora dalla chiamata VEDI NOTA VERBALE