



## Indagine di mercato per la fornitura semestrale di guanti a uso sanitario

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire, nel rispetto dei principi trasparenza e parità di trattamento, l'interesse degli operatori economici ad essere consultati ed invitati mediante la piattaforma informatica regionale Sintel, alla procedura di affidamento in urgenza, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni della centrale acquisti regionale.

Sono d'interesse di questa ASST i guanti a uso sanitario secondo il fabbisogno mensile presunto di seguito dettagliato:

- Lotto 1: GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI, IN POLIISOPRENE, SENZA POLVERE: 8.000 paia/mese
- Lotto 2: GUANTI MONOUSO NON STERILI IN PVC NON ELASTICIZZATO SENZA POLVERE 1.007.000 pezzi/mese;
- Lotto 3: GUANTI MONOUSO NON STERILI in NITRILE SENZA POLVERE 608.000 pezzi/mese;
- Lotto 4: GUANTI MONOUSO NON STERILI in NITRILE SENZA POLVERE A MANICHETTA LUNGA 80.000 pezzi/mese.

Si precisa che ciascun operatore può manifestare il proprio interesse per tutti i lotti o solo per alcuni.

### CARATTERISTICHE GENERALI

I prodotti oggetto della presente indagine di mercato devono possedere le seguenti caratteristiche:

1. devono rispettare i requisiti previsti dalla Direttiva 93/42 CEE recepita con D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso;
2. devono essere in possesso di marchio CE e rispondere alle seguenti normative:
  - ✓ UNI EN 420
  - ✓ EN 374 parte 1,2,3
  - ✓ UNI EN 455
3. Laddove applicabile, i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere conformi alla Direttiva 89/686/CEE recepita con con D.Lgs 475/1992 97 e s.m.i.

### CONFEZIONAMENTO

Sulle confezioni primarie e secondarie dovranno essere riportati, con caratteri indelebili ed in lingua italiana:

- Marca e modello del guanto – codice articolo – misura – numero di pezzi per confezione;
- numero lotto, data di scadenza del prodotto;
- marchio CE e istruzioni per l'uso.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti richiesti devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:

### **GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI, IN POLIISOPRENE, SENZA POLVERE (paia) misure 6-6,5-7-7,5-8-8,5-9**

- essere totalmente privi di lattice;
- sterili;
- essere privi di polvere lubrificante;
- essere prodotti in materiale sintetico, poliisoprene, di prima qualità, uniforme, esente da macchie o imperfezioni di qualsivoglia natura, colore antiriflesso;
- essere di forma anatomica rispettivamente dx e sx con pollice posizionato verso la superficie palmare del guanto;
- risultare di corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
- essere dotati di elasticità e morbidezza tali da permettere ogni movimento al chirurgo con la massima sensibilità e senza provocare problemi ischemici;
- presentare una superficie palmare con caratteristiche tali da permettere un'ottima presa dello strumento chirurgico e una sensibilità tattile ottimale;
- essere uniformemente sottili alla punta delle dita, per fornire una maggiore sensibilità tattile;
- essere muniti di manichetta di lunghezza tale da consentire l'aderenza al camice, senza arrotolamento in qualunque posizione della mano;
- riportare eventualmente sul polsino, impressa in modo indelebile con il laser o stampata all'interno del guanto per non determinare cessioni di inchiostro, la taglia ed anche l'indicazione dx o sx;
- la superficie interna deve essere trattata in maniera tale da garantire la facile indossabilità del guanto;
- essere preferibilmente a nullo (o comunque basso) contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.

### **GUANTI MONOUSO NON STERILI IN PVC NON ELASTICIZZATO SENZA POLVERE (pezzi) Misure: SMALL - MEDIUM – LARGE - EXTRALARGE**

- essere totalmente privi di lattice;
- essere prodotti in cloruro di polivinile non elasticizzato;
- essere di forma anatomica intercambiabile dx e sx (ambidestri);
- risultare di corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
- essere dotati di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore;
- essere muniti un polsino di lunghezza tale da consentire l'aderenza del guanto al camice in qualunque posizione della mano;
- il polsino del guanto deve essere dotato di bordino elastico o altro sistema idoneo che rinforzi l'estremità del guanto, ne aumenti la vestibilità ed impedisca alla manichetta di arrotolarsi;
- essere privi di polvere lubrificante, ma realizzati in modo tale da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna del guanto, in modo da garantire ottime caratteristiche di vestibilità e calzata;



- essere preferibilmente a nullo (o comunque basso) contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.

**GUANTI MONOUSO NON STERILI in NITRILE SENZA POLVERE  
(pezzi)  
MISURE PICCOLA - MEDIA - GRANDE - EXTRA GRANDE**

- essere totalmente privi di lattice;
- in nitrile;
- essere di forma anatomica intercambiabile dx e sx (ambidestri);
- risultare di corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
- essere dotati di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore;
- essere muniti un polsino di lunghezza tale da consentire l'aderenza del guanto al camice in qualunque posizione della mano;
- il polsino del guanto deve essere dotato di bordino elastico o altro sistema idoneo che rinforzi l'estremità del guanto, ne aumenti la vestibilità ed impedisca alla manichetta di arrotolarsi;
- essere privi di polvere lubrificante, ma realizzati in modo tale da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna del guanto, in modo da garantire ottime caratteristiche di vestibilità e calzata;
- essere preferibilmente a nullo (o comunque basso) contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti.
- basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti;
- essere in possesso di certificazione sia DM che DPI

**GUANTI MONOUSO NON STERILI in NITRILE SENZA POLVERE A MANICHETTA  
LUNGA  
(pezzi)  
MISURE PICCOLA - MEDIA - GRANDE - EXTRA GRANDE**

- essere totalmente privi di lattice;
- in nitrile;
- essere di forma anatomica intercambiabile dx e sx (ambidestri);
- risultare di corpo unico, privi di saldature e di sbavature;
- essere dotati di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore;
- essere muniti un polsino di lunghezza tale da consentire l'aderenza del guanto al camice in qualunque posizione della mano.
- La lunghezza della manichetta deve essere tra i 300 e 400 mm, a protezione dell'avambraccio
- il polsino del guanto deve essere dotato di bordino elastico o altro sistema idoneo che rinforzi l'estremità del guanto, ne aumenti la vestibilità ed impedisca alla manichetta di arrotolarsi;
- essere privi di polvere lubrificante, ma realizzati in modo tale da rendere ugualmente scorrevole la superficie interna del guanto, in modo da garantire ottime caratteristiche di vestibilità e calzata;
- essere preferibilmente a nullo (o comunque basso) contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti;
- essere in possesso di certificazione sia DM che DPI

## REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori in possesso requisiti di seguito riportati:

1. possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
2. possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
  - o fatturato minimo annuo pari a € 1.200.000,00 negli ultimi tre esercizi;
  - o fatturato specifico annuo relativo alla fornitura di guanti sanitari pari a € 400.000,00, negli ultimi tre esercizi.
3. possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali:
  - o l'operatore economico deve annoverare nella propria organizzazione aziendale un numero medio annuo di n° 4 dipendenti per anno nell'ultimo triennio.

I requisiti economico-finanziari di cui sopra sono richiesti in considerazione ai rischi specifici connessi alla natura della presente fornitura, che riveste un'importanza strategica per la tutela e la salvaguardia del personale sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria SarS-COV-19 in corso. Tali requisiti sono, inoltre, tesi ad accertare il possesso di adeguati standard da parte dell'operatore economico che dovrà contrarre con la Pubblica Amministrazione e assicurare la regolare esecuzione del contratto.

I suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico che intenda manifestare il proprio interesse alla presente indagine di mercato, a prescindere del lotto d'interesse.

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Sarà possibile inviare la manifestazione d'interesse alla presente indagine di mercato entro il termine massimo fissato in giorno 27 novembre ore 15, termine entro il quale le suddette manifestazioni di interesse potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: [postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it](mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it).

Ciascun operatore dovrà manifestare la propria disponibilità a essere consultati ed invitati, mediante la piattaforma informatica di ARIA S.p.A. Sintel, alla procedura di affidamento in urgenza, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, nelle more dell'attivazione delle convenzioni da parte della centrale di committenza regionale e/o forniture dirette da parte di Regione Lombardia e della Struttura Commissariale Centrale.

La proposta, inoltre, dovrà indicare esplicitamente:

- lotto per il quale si intende manifestare il proprio interesse, ciascun operatore può manifestare il proprio interesse per tutti i lotti o solo per alcuni;



- quantitativo/mese per ciascuna tipologia di guanto che è in grado di fornire con decorrenza della fornitura dal 1 gennaio 2021, assicurando la fornitura di ciascuna taglia richiesta in fase di esecuzione del contratto;
- relazione sui tempi di consegna e modalità delle forniture;
- scheda tecnica e certificazione di ogni prodotto offerti relativa al possesso del marchio CE e della registrazione prevista dalla classe di riferimento;
- dichiarazione di non incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione.

Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell'amministrazione né alcun interesse o pretesa da parte dei soggetti che interverranno.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proposte pervenute, chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. Gli operatori economici interessati possono richiedere chiarimenti all'amministrazione inviando una email all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it), indicando nell'oggetto "RICHIESTA INFORMAZIONI Indagine di mercato per la fornitura semestrale di guanti a uso sanitario".

Milano, 17/11/2020

Il Coordinatore Area Approvvigionamenti  
Avv. Ugo Bellavia