

Struttura Complessa: Protesica e Integrativa
Direttore: Dr.ssa Maria Grazia Angeletti

Milano, 01/02/2021

Telefono: **02 6444.8561/2**

Mail: supi.milano@ospedaleniguarda.it

www.ospedaleniguarda.it

prot.:

tit.:

Relazione sulla Valutazione delle buste tecniche Gara sotto soglia “Kit di motorizzazione”

Ricevuta la documentazione tecnica dal Servizio Approvvigionamenti in data 25 gennaio 2021, si procede immediatamente alla verifica dei dati tecnici richiesti e della presenza dei requisiti minimi come previsto dalle schede tecniche inserite nel CSA.

Dalla valutazione si evince quanto segue:

- ditta ORTOMAX SRL
 - dall'Allegato E1 risulta aver offerto un solo modello per ogni categoria di dispositivo, pertanto non rispetta i requisiti minimi di offerta
 - non ha compilato in nessuna parte l'Allegato I “Dichiarazione caratteristiche tecniche” pertanto è a pena di esclusione
- ditta ROLL-STAR ITALIA SRL in RTI con REHATTIVA SRL
 - rispetta tutti i requisiti minimi di prodotto e di offerta
- ditta CAPORALI 2000 SRL
 - nell'Allegato I “Dichiarazione caratteristiche tecniche” per il dispositivo “maggiorato centrale tetra” per entrambi i dispositivi offerti, non ha compilato i campi relativi all'autonomia di percorso, e per uno dei due dispositivi offerti manca la compilazione del campo relativo ai livelli di velocità.
Si precisa comunque che i dati mancanti sono verificabili in altre schede che presentano la medesima tipologia di dispositivo e all'interno delle schede tecniche dei dispositivi inserite nella documentazione tecnica.
- ditta MEDIA REHA SRL
 - nell'Allegato I “Dichiarazione caratteristiche tecniche” per il dispositivo “maggiorato laterale tetra” per uno dei quattro dispositivi offerti la ditta omette la compilazione del campo relativo al livello di velocità.
Si precisa comunque che il dato mancante è verificabile in altre schede che presentano la medesima tipologia di dispositivo e all'interno della scheda tecnica del dispositivo inserita nella documentazione tecnica.
Si precisa inoltre che per il dispositivo “maggiorato laterale tetra” sono richiesti un minimo di tre tipologie di dispositivi, e la ditta in questione ne ha presentati quattro, pertanto anche escludendo il dispositivo per il quale manca l'inserimento del dato, la ditta comunque raggiunge sia i requisiti minimi di prodotto che i requisiti minimi di offerta.

La verbalizzante: Dott.ssa Claudia Corradini

Il Direttore della SC Protesica e Integrativa: Dott.ssa Maria Grazia Angeletti



Allegato 1: scheda riassuntiva dei requisiti minimi in comparazione delle varie ditte.