

AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO DI DOSAGGIO DI CROMOGRANINA ED ERITROPOIETINA, DESTINATO ALLA STRUTTURA COMPLESSA ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA DELLA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA.

Art. 1 -OBIETTIVI

Si intende acquisire per la Struttura Complessa Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia Grande Ospedale Metropolitano Niguarda una strumentazione che consenta di dosare con metodo automatico immunometrico gli ananliti Cromogranina ed Eritropoietina.

L'obiettivo è quello di sondare il mercato al fine di individuare le ditte in grado di fornire un sistema diagnostico con le caratteristiche di cui sopra, con un metodo immunometrico automatico possibilmente non in ELISA e definire successivamente una procedura di gara.

Art. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il sistema analitico per la determinazione di cromogranina ed eritropoietina dovrà avere queste caratteristiche:

- 1 strumento nuovo di fabbrica e di ultima generazione per l'esecuzione, in completa automazione, di cromogranina ed eritropoietina
- tecnologia di tipo immunometrico (ELISA, Chemiluminescenza, elettrochemiluminescenza, etc.) esclusa la metodica in RIA e/o IRMA
- possibilità di lavoro da provetta madre anche sotto vuoto
- riconoscimento positivo del campione tramite codice a barre
- Dovranno essere forniti tutti i materiali di consumo necessari all'esecuzione dei test
- Dovranno essere forniti un controllo di qualità idoneo, da eseguirsi con cadenza giornaliera
- Dovrà essere offerto pc, stampante
- Lo strumento dovrà essere collegato ad Host in bidirezionale col sistema informatico del laboratorio (Dedalus).

Il numero di determinazioni presunte annue è il seguente:

Cromogranina 500 determinazioni /anno

Eritropoietina 1100 determinazioni/anno

(carico di lavoro dell'anno 2019, prima della emergenza sanitaria).

Si chiede di allegare documentazione tecnica relativa alla strumentazione e diagnostici