



ID Fascicolo 369/2020 all. 164

**VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA
PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA
IN NOLEGGIO DI LETTI FLUIDIZZATI, LETTI BARIATRICI E MATERASSI TECNOLOGICI A
IMMERSIONE SIMULATA OCCORRENTI ALL'ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA,
AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016**

Con deliberazione n. 529 del 05/05/2021 è stata indetta una procedura aperta per l'aggiudicazione di una fornitura in noleggio suddivisa in tre lotti per la fornitura di:

- Lotto 1: noleggio di letti fluidizzati
- Lotto 2: noleggio di letti bariatrici
- Lotto 3: noleggio di materassi tecnologici,

ai sensi degli artt. degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo a base d'asta di € 696.000,00 oltre IVA (importo complessivo € 3.480.000,00), con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, secondo i criteri indicati nella documentazione di gara.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 09/07/2021.

Entro il termine suindicato, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

IMPRESA	LOTTO
Arjo Italia S.p.A.	2
Medstrom S.r.l.	2
Medstrom S.r.l.	3

Il Lotto 1 relativo ai letti fluidizzati è andato deserto.

Come indicato nel precedente verbale, gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di gara.

Il Direttore Generale, con deliberazione n. 826 del 13/07/2021, ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto, così composta:

- Presidente: Dr.ssa Antonella Citterio della S.C. Chirurgia Plastica e Grandi Ustioni;
- Componente: Ing. Alberto Borgato della S.C. Ingegneria Clinica;
- Componente: Sig.ra Misella Brovelli Misella della S.C. Chirurgia Plastica e Grandi Ustioni;

Il Capitolato Speciale d'Appalto prevede che la gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis D.Lgs 50/16 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti criteri:

- OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 70/100
- OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 30/100



Le caratteristiche di qualità verranno valutate in base ai seguenti criteri:

Lotto 2 - LETTO BARIATRICO

CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	Modalità assegnazione punti
	CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI E CLINICHE DEL LETTO		
1	Movimentazione elettrificata delle sezioni	12	D
2	Sistema di configurazione del letto in poltrona	12	D
3	Altezza piano letto variabile elettricamente: indicare valore minimo e massimo raggiungibile (valori in cm.) <ul style="list-style-type: none"> ai valori minimi e massimi verrà attribuito il punteggio più alto Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti 	12	Q
4	Possibilità di ottenere la posizione di emergenza in maniera rapida (CPR, Trendelemburg) anche in assenza di alimentazione <ul style="list-style-type: none"> Al valore minimo di tempo verrà attribuito il punteggio più alto Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti 	12	Q
5	Testiera e pediera rimovibili <ul style="list-style-type: none"> si = 6 punto no = 0 punti 	6	T
6	Spondine a scomparsa <ul style="list-style-type: none"> si = 6 punto no = 0 punti 	6	T
7	Bilancia pesa paziente integrata <ul style="list-style-type: none"> si = 6 punto no = 0 punti 	6	T
	ASSISTENZA TECNICA		
8	Tempo di intervento inferiore alle 8 ore richieste dal CSA dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento <ul style="list-style-type: none"> Uguale al quelli del CSA = 0 punti 6/7 ore = 1 punto 4/5 ore = 2 punti 3/4 ore = 3 punti 2/3 ore = 4 punti 	4	T
	TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI	70	

Lotto 3 - MATERASSO TECNOLOGICO AD IMMERSIONE SIMULATA

CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	Modalità assegnazione punti
1	Facilità rimozione/sgonfiaggio delle celle in zona testa per pronare il paziente	14	D
2	Facilità manovra emergenza CPR	12	D
3	Facilità utilizzo comandi del motore	12	D
4	Studi clinici e/o relazioni italiane di utilizzo	12	D



CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	Modalità assegnazione punti
5	Migliorie rispetto ai tempi di consegna e ritiro stabiliti dal CSA <ul style="list-style-type: none"> • 8 ore = 0 punti • 7 ore = 1 punto • 6 ore = 2 punti • 5 ore = 3 punti • 4 ore = 4 punti • 3 ore = 5 punti • 2 ore = 6 punti • 1 ora = 8 punti 	8	T
6	Altezza celle materasso <ul style="list-style-type: none"> • Al valore massimo di altezza verrà attribuito il punteggio più alto • Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti 	6	Q
7	Portata minima e massima peso del paziente oltre i range descritti in caratteristiche tecniche <ul style="list-style-type: none"> • Al valore massimo verrà attribuito il punteggio più alto • Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti 	6	Q
TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI		70	

Il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la documentazione tecnica caricata sul portale dagli offerenti ai componenti della Commissione Giudicatrice nominata dal Legale Rappresentante, per la valutazione della qualità delle offerte.

La Commissione, preso atto che sono pervenute le offerte di due soli operatori economici per il lotto 2 ed una sola per il lotto 3, e non risulta, quindi, applicabile il metodo del confronto a coppie, come stabilito dal Disciplinare di Gara all'art. 15.2, determina che il criterio mediante il quale procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali per la valutazione delle offerte, così come previsto da A.N.A.C. Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" è il seguente:

si procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno, ottenuto dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio in esame.

La Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti date: 15/09/2021, 30/09/2021, 04/11/2021 e, infine, il 13/01/2022 per la valutazione della qualità delle offerte pervenute per i lotti 2 e 3.

La Commissione Giudicatrice attribuisce pertanto i seguenti punteggi:

LOTTO 2 LETTO BARIATRICO					
CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	Impresa Arjo	Impresa Megstrom
	CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI E CLINICHE DEL LETTO				
1	Movimentazione elettrificata	12	D	Commissari	Commissari



LOTTO 2 LETTO BARIATRICO

CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	Impresa Arjo			Impresa Megstrom						
				1	2	3	1	2	3				
	delle sezioni			Coefficients			Coefficients						
				0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9				
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti						
				0,87			0,87						
				Motivazione			Motivazione						
				movimentazione adeguata e completa anche ai cambi di posizione			movimentazione adeguata e completa anche ai cambi di posizione						
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito						
				10,4			10,4						
				2	Sistema di configurazione del letto in poltrona	12	D	Commissari			Commissari		
								1	2	3	1	2	3
Coefficients			Coefficients										
0,8	0,8	0,8	0,8					0,8	0,8				
Media dei coefficienti			Media dei coefficienti										
0,80			0,80										
Motivazione			Motivazione										
raggiunge agevolmente la posizione, un po' stringata la descrizione tecnica			raggiunge agevolmente la posizione, un po' stringata la descrizione tecnica										
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito										
9,6			9,6										
3	Altezza piano letto variabile elettricamente: indicare valore minimo e massimo raggiungibile (valori in cm.) • ai valori minimi e massimi verrà attribuito il punteggio più alto • Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti	12	Q	9			12						



LOTTO 2 LETTO BARIATRICO

CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	Impresa Arjo			Impresa Megstrom		
4	Possibilità di ottenere la posizione di emergenza in maniera rapida (CPR, Trendelemburg) anche in assenza di alimentazione • Al valore minimo di tempo verrà attribuito il punteggio più alto • Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti	12	Q	12			12		
5	Testiera e pediera rimovibili • si = 6 punto • no = 0 punti	6	T	6			6		
6	Spondine a scomparsa • si = 6 punto • no = 0 punti	6	T	6			6		
7*	Bilancia pesa paziente integrata • si = 6 punto • no = 0 punti	6	T	6			0		
	ASSISTENZA TECNICA								
8	Tempo di intervento inferiore alle 8 ore richieste dal CSA dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento • Uguale al quelli del CSA = 0 punti • 6/7 ore = 1 punto • 4/5 ore = 2 punti • 3/4 ore = 3 punti • 2/3 ore = 4 punti	4	T	2			2		
	TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI	70		61			58		
	*punto 7: sulle specifiche fornite da Medstrom non viene menzionata bilancia pesa paziente inoltre tra le caratteristiche escludenti vi è carico sicuro ad almeno								



LOTTO 2 LETTO BARIATRICO

CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	Impresa Arjo			Impresa Megstrom		
	359kg mentre Medstrom dichiara carico sicuro 340Kg								

LOTTO 3 MATERASSO TECNOLOGICO AD IMMERSIONE SIMULATA

CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	Impresa Megstrom		
				1	2	3
1	Facilità rimozione/sgonfiaggio delle celle in zona testa per pronare il paziente	14	D	Commissari		
				1	2	3
				Coefficienti		
				0.8	0.8	0.8
				Media dei coefficienti		
				0.80		
				Motivazione risponde a requisiti ma non altre comparazioni		
Punteggio attribuito						
11.2						
2	Facilità manovra emergenza CPR	12	D	Commissari		
				1	2	3
				Coefficienti		
				0.9	0.9	0.9
				Media dei coefficienti		
				0.90		
				Motivazione <15 sec		
Punteggio attribuito						
10.8						
3	Facilità utilizzo comandi del motore	12	D	Commissari		
				1	2	3
				Coefficienti		
				0.8	0.8	0.8
				Media dei coefficienti		
				0.80		
Motivazione						



LOTTO 3 MATERASSO TECNOLOGICO AD IMMERSIONE SIMULATA										
CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	Impresa Megstrom						
				tutto risponde a standard richiesti Punteggio attribuito 9.6						
4	Studi clinici e/o relazioni italiane di utilizzo	12	D	Commissari <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> Coefficienti <table border="1"> <tr> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> </table> Media dei coefficienti 0.50 Motivazione solo lettere di prova di utilizzo ed alcune poco chiare Punteggio attribuito 6	1	2	3	0.5	0.5	0.5
1	2	3								
0.5	0.5	0.5								
5	Migliorie rispetto ai tempi di consegna e ritiro stabiliti dal CSA • 8 ore = 0 punti • 7 ore = 1 punto • 6 ore = 2 punti • 5 ore = 3 punti • 4 ore = 4 punti • 3 ore = 5 punti • 2 ore = 6 punti • 1 ora = 8 punti	8	T	0						
6	Altezza celle materasso • Al valore massimo di altezza verrà attribuito il punteggio più alto • Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti	6	Q	6						
7	Portata minima e massima peso del paziente oltre i range descritti in caratteristiche tecniche • Al valore massimo verrà attribuito il punteggio più alto • Punteggi proporzionalmente più bassi agli altri valori più alti	6	Q	6						



LOTTO 3 MATERASSO TECNOLOGICO AD IMMERSIONE SIMULATA				
CRITERIO	DESCRIZIONE E SUB-CRITERI	PUNTI MAX	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	Impresa Megstrom
	TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI	70		49.6

La seduta si chiude alle ore 12:30.

Milano, 13/01/2022

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente: Dr.ssa Antonella Citterio

Componente: Ing. Alberto Borgato

Componente: Sig.ra Misella Brovelli

Antonella Citterio
Alberto Borgato
Misella Brovelli