

## SCHEDA TECNICA LINEA CAMPIONAMENTO GAS – CODICE 8290286

### Destinazione d'uso

Questo prodotto può essere utilizzato per il monitoraggio dei gas anestetici, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> e N<sub>2</sub>O

Non inumidire, risciacquare o lavare.

### Tipo di materiale

Usare per un solo paziente – non adatto alla sterilizzazione.

Latex free



### Specifiche tecniche

Lunghezza 250 ± 10 cm  
Diametro interno 1,2 ± 0,1 mm  
Diametro esterno 2,8 ± 0,1 mm  
Colore trasparente  
Materiale:

Tubo	PE / PVC
Luer Lock	PC, ABS, PVC

### Codice per l'ordinazione

8290286

### Confezione

10 pz.

**Classificazione :**  
secondo la direttiva  
93/42/CEE  
Appendice IX

Classe IIa

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative vigenti a livello locale in materia di igiene e smaltimento dei rifiuti.

### Scheda di sicurezza

Non obbligatoria

### Dräger Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (Mi) – Via Galvani, 7  
Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515 - 02 48602464  
www.draeger.com

Cap Soc €7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg.Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152  
RAEE IT08020000003729  
Reg. PILE IT09060P00001299