

Allegato 1 – CAPITOLATO TECNICO

Le imprese devono:

- 1) essere fornitori “diretti” delle sonde, in considerazione della necessità di un’assistenza tecnica e scientifica costante;
- 2) disporre della consulenza tecnica telefonica e in loco in merito a sonde di nuova produzione e a procedure di laboratorio per indagini di nuova introduzione oppure per problematiche tecniche che potrebbero insorgere con prodotti specifici;
- 3) fornire tutti i dispositivi medico diagnostici in vitro necessari per l’espletamento di indagini FISH su campione citologico, su tessuto fissato e incluso di paraffina.

Le sonde fornite devono essere necessariamente marcate con metodo diretto e con fluorocromi standard a causa dell’utilizzo di filtri specifici per la loro individuazione. Nell’eventuale utilizzo di sonde marcate con fluorocromi diversi da FITC/Green, – TRITC/Orange, - Texas Red, – AQUA, l’Impresa si impegna a fornire i filtri singoli specifici per i fluorocromi con i quali sono marcate le sonde (allegare dichiarazione e/o certificazione) montati su un alloggiamento idoneo per i microscopi in uso per l’analisi FISH presso la S.C. Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica.

Le imprese partecipanti dovranno fornire le schede tecniche di ciascun lotto.

Per i lotti da 1 a 80 le schede tecniche devono comprendere necessariamente:

1. le dimensioni in kb delle regioni marcate
2. le dimensioni in kb della regione intervallo non marcata nelle sonde di tipo break apart.