

**VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA****GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI
CONTRATTI AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI "SONDE PER ANALISI
FISH", AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**

Con deliberazione n. 221 del 24/02/2022 è stata indetta una gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei contratti per la fornitura di "sonde per analisi FISH", ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo a base d'asta di € 240.875,45 con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo i criteri indicati nella documentazione di gara.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 20/04/2022.

Entro il termine suindicato, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

IMPRESA	LOTTO
BIO OPTICA MILANO SPA	2-3-12-30-31-34-39-50-60-71-73-74-80
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA	3-5-16-30-35-47-49-60-62-80
RESNOVA	2-3-12-16-23-30-31-47-60-64-65-70-73-79-80
METASYSTEMS S.R.L. A SOCIO UNICO	1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 20-21-22-23-24-25-26-27-31-33-34-36-38-39- 40-42-43-45-47-48-49-50-51-52-54-55-56-57- 58-59-60-61-63-65-67-68-70-73-75-77-78-79

In seduta riservata si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa.

Come indicato nei precedenti verbali, tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di gara.

In data 29/04/2022 alle ore 10:00 si è riunito l'ufficio di gara, che ha proceduto ad aprire la busta telematica contenente la documentazione tecnica.

Il Direttore Generale, con deliberazione n. 551 del 06/05/2022 ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto, così composta:

- Presidente: Dott.ssa Elisa De Pasqual, S.C. Farmacia;
- Componente: Dott.ssa De Canal Gabriella Daniela Maria, S.C. Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica;
- Componente: Dott.ssa Elena De Paoli, S.C. Anatomia Istologia Patologica e Citogenetica;

Come previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto la presente procedura di scelta del contraente sarà aggiudicata, per i lotti da n. 1 a 78 e n. 80 ai sensi dell'art. 95, comma 10bis del D.lgs. n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti criteri:



- OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 70/100
- OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 30/100

Le caratteristiche di qualità verranno valutate in base ai seguenti criteri:

ELEMENTI VALUTATIVI – LOTTI DA N. 1 A 78			
Caratteristiche qualitative		Modalità di assegnazione	Punti max
1	<p>Tempi di consegna: 72 ore dalla ricezione dell'ordine.</p> <p>Entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine → punti 10 Entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine → punti 5 Entro 72 ore dal ricevimento dell'ordine → punti 0</p>	T	10
2	<p>Validità della sonda: minimo 24 mesi.</p> <p>Numero di mesi di validità rispetto al minimo di 24. (Punteggio max al tempo maggiore, inversamente proporzionale agli altri)</p>	Q	10
3	<p>Praticità nell'allestimento:</p> <p>sonda pronta all'uso → punti 5 sonda da preparare mediante allestimento di una miscela di reagenti → punti 0</p>	T	5
4	<p>Possibilità di ibridizzazione rapida senza bisogno di reagenti extra:</p> <p>sonda pronta all'uso → punti 5 reagenti extra da acquistare → punti 0</p>	T	5
5	<p>Tipologia di sonda locus specifica:</p> <p>Sonda "triple color" → punti 10 Sonda "dual color" → punti 5 Sonda "single color" → punti 0</p>	T	10
6	<p>Dimensione della sonda locus specifica per rilevare delezioni/amplificazioni:</p> <p>Dimensione minore in kb della regione marcata complementare al gene target.</p> <p>(Punteggio massimo alla dimensione minore, inversamente proporzionale agli altri)</p>	Q	5



7	Sonda break apart: dimensione della regione intervallo compresa tra le regioni marcate: Dimensione minore in kb. (Punteggio massimo alla dimensione minore, inversamente proporzionale agli altri)	Q	5
8	Sonde per traslocazioni - segnali risultanti nei campioni positivi per la traslocazione: doppia fusione di segnali → punti 5 singola fusione di segnali/segnale extra → punti 0	T	5
9	Regione marcata (1): copertura anche del gene di interesse → punti 5 non copre il gene di interesse → punti 0	T	5
10	Regione marcata (2): costituita da un segmento unico → punti 5 costituita da segmenti multipli → punti 0	T	5
11	Tempestività dell'intervento del supporto tecnico-specialistico: tempo minore. (Punteggio massimo al minor tempo, inversamente proporzionale agli altri)	Q	5
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative			70

ELEMENTI VALUTATIVI – LOTTO N. 80			
Caratteristiche qualitative		Modalità di assegnazione	Punti max
1	Tempi di consegna: 72 ore dalla ricezione dell'ordine. Entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine → punti 10 Entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine → punti 5 Entro 72 ore dal ricevimento dell'ordine → punti 0	T	10
2	Validità del reagente/kit: minimo 24 mesi. Numero di mesi di validità rispetto al minimo di 24 mesi. (Punteggio max al tempo maggiore, inversamente proporzionale agli altri)	Q	10
3	Praticità nell'allestimento: Soluzione pronta all'uso → 5 Soluzione da preparare mediante allestimento di una miscela di reagenti → 0	T	5



4	Componenti del kit: Possibilità di ordinare i singoli componenti del kit → 20 Possibilità di ordinare solo il kit in toto → 0	T	20
5	Soluzione enzimatica: Soluzione enzimatica in più aliquote → 20 Soluzione enzimatica in aliquota unica → 0	T	20
6	Tempestività dell'intervento del supporto tecnico-specialistico: tempo minore. (Punteggio massimo al minor tempo, inversamente proporzionale agli altri)	Q	5
Totale punteggio max per le caratteristiche qualitative			70

Il lotto n. 79, invece, sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato all'art. 19 del Disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la documentazione tecnica caricata sul portale dai concorrenti ai componenti della Commissione Giudicatrice nominata dal Legale Rappresentante, per la valutazione della qualità dell'offerta.

In data 17/05/2022 alle ore 09:00 si è riunita la Commissione Giudicatrice per dare avvio alle attività di valutazione delle offerte tecniche e riscontra un refuso all'art. 19.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di gara, per il criterio n. 4 "Possibilità di ibridizzazione rapida senza bisogno di reagenti extra" che corregge come segue:

n°	criteri di valutazione	punti max	punti D max	punti Q max	punti T max
4	Possibilità di ibridizzazione rapida senza bisogno di reagenti extra: sonda pronta all'uso → punti 5 reagenti extra da acquistare → punti 1 <u>CORRETTO in</u> reagenti extra da acquistare → punti 0	5			T

Milano, 17/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto:

Presidente: Dott.ssa Elisa De Pasqual

Componente: Dott.ssa De Canal Gabriella Daniela Maria

Componente: Dott.ssa Elena De Paoli