

**VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA DEL 12/12/2023****PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI SET PER OSSIGENAZIONE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA**

Con deliberazione n. 721 del 22/06/2022 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di set per ossigenazione per circolazione extracorporea, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo a base d'asta di € 960.496,50 oltre IVA 22% con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella documentazione di gara.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10:00 del 10/08/2022.

Entro il termine suindicato, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

IMPRESA	LOTTO
Eurosets S.r.l.	3-4-13-15-16-17-18-19
Gada Italia S.p.A.	6-8
Getinge Italia S.r.l.	10
Medtronic Italia S.p.A.	9-10-11-12
Sorin Group Italia S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7-13-15-16-17-18-19
Tau Medica S.r.l.	13

In seduta riservata si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa.

Come indicato nei precedenti verbali, tutti i raggruppamenti partecipanti sono stati ammessi alla fase successiva di gara.

In data 21/09/2022 alle ore 11:30 si è riunito l'ufficio di gara, che ha proceduto ad aprire la busta telematica contenente la documentazione tecnica.

Il Direttore Generale, con deliberazione n.998 del 15/09/2022 ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto, così composta:

- Presidente: Dott. Aldo Cannata, S.C. Cardiochirurgia;
- Componente: Dott. Mauro Bosi, Settore Perfusioni Cardiovascolari;
- Componente: Dott.ssa Marta Dall'Aglio, S.C. Farmacia;

In data 12/12/2023 alle ore 14:00 si è riunita la Commissione Giudicatrice per proseguire con la valutazione dei restanti lotti nn.3, 15, 16, 17 e 18.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi relativi ai lotti sopra indicati come previsto dal Disciplinare di gara e come riportato nel verbale del 16/06/2023, all. 15 in atti, di seguito dettagliato:

La Commissione stabilisce che non è valutabile l'offerta presentata dall'impresa Eurosets S.r.l. per il lotto 16 in quanto i prodotti offerti non corrispondono alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico.

**Lotto 3 Kit ossigenatore a circuito aperto per pazienti di peso da 40Kg a 60Kg**

Criterio	Descrizione e sub-criteri		Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.			
					1	2	3	1	2	3	
1	Caratteristiche di sicurezza	Resistenza alla contaminazione durante l'assemblaggio	10	D	Commissari			Commissari			
					1	2	3	1	2	3	
					Coefficienti			Coefficienti			
					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
					Media dei coefficienti			Media dei coefficienti			
					0,80			0,80			
					Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			
	8			8							
			Prevenzione da danni accidentali agli operatori durante l'assemblaggio	10	D	Commissari			Commissari		
						1	2	3	1	2	3
						Coefficienti			Coefficienti		
						0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
						Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
						0,70			0,70		
Punteggio attribuito						Punteggio attribuito					
7			7								
2	Resistenza a fattori di stress meccanico dei circuiti		10	D	Commissari			Commissari			
					1	2	3	1	2	3	
					Coefficienti			Coefficienti			
					0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	
					Media dei coefficienti			Media dei coefficienti			
					0,60			0,80			
					Motivazione			Motivazione			
					Luer dell'ossigenatore incline a fratture a causa di difficoltoso alloggiamento dell'ossigenatore sul supporto dedicato						
					Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			
					6			8			
					3		Deformabilità termica dei tubatismi	5	Q	4	
4	Praticità d'uso		10	D	Commissari			Commissari			
					1	2	3	1	2	3	
					Coefficienti			Coefficienti			
					0,8	0,8	0,8	1	1	1	
					Media dei coefficienti			Media dei coefficienti			
					0,80			1,00			
					Motivazione			Motivazione			
					Supporto ingombrante, performance dello scambiatore di calore della cardioplegia						
					Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			
					8			10			



Lotto 3 Kit ossigenatore a circuito aperto per pazienti di peso da 40Kg a 60Kg									
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
5	Ulteriori accessori integrati del sistema	10	Q	9			9		
6	Facilità e sicurezza di assemblaggio	10	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,60			0,80		
				Motivazione			Motivazione		
				Difficoltoso l'innesto della linea arteriosa all'ossigenatore					
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito						
6			8						
7	Confezionamento del kit	5	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,80			0,80		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
				4			4		
Totale punteggi qualitativi		70		52			58		

Lotto 15 – Ossigenatore per ECMO									
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
1	Facilità di alloggiamento sulla macchina	10	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,70			0,70		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
7			7						
2	Minor area della superficie della membrana	15	Q	10			15		
3	Minimo ingombro	15	Q	12			12		



Lotto 15 – Ossigenatore per ECMO					
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.	Impresa Sorin Group Italia S.r.l.
4	Minimo volume di riempimento	15	Q	12	15
5	Massimo flusso di sangue	15	Q	15	10
	Totale punteggi qualitativi	70		56	59

Lotto 16 – Ossigenatore per ECMO pediatrico						
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
1	Facilità di alloggiamento sulla macchina	10	D	Commissari		
				1	2	3
				Coefficienti		
				0,8	0,8	0,8
				Media dei coefficienti		
				0,80		
				Punteggio attribuito		
8						
2	Minor area della superficie della membrana	15	Q	12		
3	Minimo ingombro	15	Q	12		
4	Minimo volume di riempimento	15	Q	12		
5	Massimo flusso di sangue	15	Q	12		
	Totale punteggi qualitativi	70		56		

Lotto 17 – Circuito per ECMO adulto									
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
1	Tempo max di possibile utilizzo	15	Q	15			6		
2	Resistenza a fattori di stress meccanico	15	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,80			0,80		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
12			12						



Lotto 17 – Circuito per ECMO adulto									
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
3	Ulteriori accessori integrati del sistema	15	Q	15			12		
4	Deformabilità termica dei tubatismi	15	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,80			0,80		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
12			12						
5	Facilità di assemblaggio e confezionamento del kit	10	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				1	1	1	1	1	1
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				1,00			1,00		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
10			10						
Totale punteggi qualitativi		70		64			52		

Lotto 18 – Circuito per ECMO pediatrico									
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
1	Tempo max di possibile utilizzo	15	Q	15			6		
2	Resistenza a fattori di stress meccanico	15	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,80			0,80		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
12			12						
3	Ulteriori accessori integrati del sistema	15	Q	15			12		
4	Deformabilità termica dei tubatismi	15	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,80			0,80		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
12			12						



Lotto 18 – Circuito per ECMO pediatrico									
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
5	Facilità di assemblaggio e confezionamento del kit	10	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				1	1	1	1	1	1
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				1,00			1,00		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
10			10						
	Totale punteggi qualitativi	70		64			52		

La Commissione ha dunque proceduto alla stesura e alla sottoscrizione del presente verbale.

La Commissione conclude i lavori e la seduta si chiude alle ore 16:30.

Milano, 12 dicembre 2023

La Commissione Giudicatrice:

Presidente: Dott. Aldo Cannata

Componente: Dott. Mauro Bosi

Componente: Dott.ssa Marta Dall'Aglio