

**VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA DEL 07/03/2024****PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI SET PER OSSIGENAZIONE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA**

Con deliberazione n. 721 del 22/06/2022 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di set per ossigenazione per circolazione extracorporea, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo a base d'asta di € 960.496,50 oltre IVA 22% con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella documentazione di gara.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 10:00 del 10/08/2022.

Entro il termine suindicato, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

IMPRESA	LOTTO
Eurosets S.r.l.	3-4-13-15-16-17-18-19
Gada Italia S.p.A.	6-8
Getinge Italia S.r.l.	10
Medtronic Italia S.p.A.	9-10-11-12
Sorin Group Italia S.r.l.	1-2-3-4-5-6-7-13-15-16-17-18-19
Tau Medica S.r.l.	13

In seduta riservata si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa.

Come indicato nei precedenti verbali, tutti i raggruppamenti partecipanti sono stati ammessi alla fase successiva di gara.

In data 21/09/2022 alle ore 11:30 si è riunito l'ufficio di gara, che ha proceduto ad aprire la busta telematica contenente la documentazione tecnica.

Il Direttore Generale, con deliberazione n.998 del 15/09/2022 ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto, così composta:

- Presidente: Dott. Aldo Cannata, S.C. Cardiochirurgia;
- Componente: Dott. Mauro Bosi, Settore Perfusioni Cardiovascolare;
- Componente: Dott.ssa Marta Dall'Aglio, S.C. Farmacia;

In data 07/03/2024 alle ore 14:30 si è riunita la Commissione Giudicatrice per proseguire con la valutazione dei restanti lotti nn.13 e 19.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi relativi ai lotti sopra indicati come previsto dal Disciplinare di gara e come riportato nel verbale del 16/06/2023, all. 15 in atti, di seguito dettagliato:

La Commissione stabilisce che non sono valutabili le offerte presentate dalle imprese Eurosets S.r.l. per il lotto 19 e Tau Medica S.r.l. per il lotto 13, in quanto i prodotti offerti non corrispondono alle specifiche richieste dal Capitolato Tecnico.

**Lotto 13 - Circuiti con emoconcentratori per ultrafiltrazione**

Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Eurosets S.r.l.			Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
				1	2	3	1	2	3
1	Minor area della superficie della membrana	10	Q	8			10		
2	Tecnica di messa in opera con o senza prelavaggio (10 punti se senza prelavaggio, 0 se con prelavaggio)	10	T	0			10		
3	Possibilità di disporre di emoconcentratori di superfici diverse	15	Q	15			12		
4	Minimo volume di riempimento	15	Q	15			10		
5	Facilità di assemblaggio del kit	15	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				1	1	1	1	1	1
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				1,00			1,00		
				Punteggio attribuito			Punteggio attribuito		
15			15						
6	Confezionamento del kit	5	D	Commissari			Commissari		
				1	2	3	1	2	3
				Coefficienti			Coefficienti		
				0,6	0,6	0,6	1	1	1
				Media dei coefficienti			Media dei coefficienti		
				0,60			1,00		
				Motivazione			Motivazione		
				minor resistenza dell'involucro					
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito						
3			5						
Totale punteggi qualitativi		70		56			62		

Lotto 19 – Circuito per trapianto di fegato

Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
				1	2	3
1	Tempo max di possibile utilizzo	15	Q	12		
2	Resistenza a fattori di stress meccanico	15	D	Commissari		
				1	2	3
				Coefficienti		
				1	1	1
				Media dei coefficienti		
				1,00		
Punteggio attribuito			Punteggio attribuito			
15			15			



Lotto 19 – Circuito per trapianto di fegato						
Criterio	Descrizione e sub-criteri	Punti max	Modalità di assegnazione del punteggio	Impresa Sorin Group Italia S.r.l.		
3	Ulteriori accessori integrati del sistema	15	Q	12		
4	Deformabilità termica dei tubatismi	15	D	Commissari		
				1	2	3
				Coefficienti		
				1	1	1
				Media dei coefficienti		
				1,00		
				Punteggio attribuito		
15						
5	Facilità di assemblaggio e confezionamento del kit	10	D	Commissari		
				1	2	3
				Coefficienti		
				1	1	1
				Media dei coefficienti		
				1,00		
				Punteggio attribuito		
10						
	Totale punteggi qualitativi	70		64		

La Commissione ha dunque proceduto alla stesura e alla sottoscrizione del presente verbale.

La Commissione conclude i lavori e la seduta si chiude alle ore 16:30.

Milano, 7 marzo 2024

La Commissione Giudicatrice:

Presidente: Dott. Aldo Cannata

Componente: Dott. Mauro Bosi

Componente: Dott.ssa Marta Dall'Aglio