



**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA DEL 14/03/2024
PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI
FORNITURA DI EMOSTATICI E SIGILLANTI CHIRURGICI PER USO MEDICALE,
AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**

Con deliberazione n. 764 del 23/06/2023 è stata indetta una procedura aperta aggregata per l'affidamento dei contratti di fornitura di emostatici e sigillanti chirurgici per uso medicale, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con importo a base d'asta di € 7.124.581,86, con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo i criteri indicati nella documentazione di gara.

La procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/07 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 11/09/2023.

Entro il termine suindicato, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

| IMPRESA | LOTTI |
|----------------------------------|--|
| Aorta S.r.l. | 3A, 3B |
| Aptiva Medical S.r.l. | 7, 8, 15, 18 |
| Assut Europe S.p.A. | 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 9, 16 |
| Baxter S.p.A. | 3A, 3B, 5,10,14 |
| Becton Dickinson Italia S.p.A. | 3A, 3B, 13 |
| B. Braun Milano S.p.A. | 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 8, 9, 16, 18 |
| Carlo Bianchi S.r.l. | 9 |
| Effebi Hospital S.r.l. | 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 9, 17A, 17B, 17C |
| Elemed S.r.l. | 2A, 2B, 2C, 3A, 3B |
| F.A.S.E. S.r.l. | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B |
| Fermed S.r.l. | 2A, 2B, 2C, 3A, 3B |
| GEM S.r.l. | 16 |
| ID&CO S.r.l. | 16 |
| Innovamedica S.p.A. | 7, 8 |
| Johnson & Johnson Medical S.p.A. | 2A, 3B, 6 |
| Jotec S.r.l. | 12 |
| M.G. Lorenzatto S.r.l. | 19 |
| Mascia Brunelli S.p.A. | 1A, 1B, 1C, 1D, 17A, 17B, 17C |
| Medcomp S.r.l. | 4A, 4B, 4C |
| Medical S.r.l. | 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B |
| Medival S.r.l. | 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 7, 8 |
| Medtronic Italia S.p.A. | 14 |
| Tau Medica S.r.l. | 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3B |
| Tozzi Medical di Tozzi Fabrizio | 3A, 3B |

Per favore get



In seduta riservata si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa.

Come indicato nei precedenti verbali, tutti i raggruppamenti partecipanti sono stati ammessi alla fase successiva di gara.

In data 05/10/2023 alle ore 10:30 si è riunito l'ufficio di gara, che ha proceduto ad aprire la busta contenente la documentazione tecnica.

Il Direttore Generale, con deliberazione n.1093 del 20/09/2023 ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto, così composta:

- Presidente: Prof. Stefania Cimbanassi, S.C. Chirurgia Generale-Trauma Team;
- Componente: Dr. Michele Mazzola, S.C. Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva;
- Componente: Dr.ssa Greta Mangoni, S.C. Farmacia;

In data 14/03/2024 alle ore 14:30 si è riunita la Commissione Giudicatrice per proseguire con la valutazione dei lotti nn. 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 4A, 4B, 4C, 5, 6, e 7.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi relativi ai lotti sopra indicati come previsto dal Disciplinare di gara e come riportato nel verbale del 26/02/2024, all. 17 in atti.

Le schede di valutazione e il riepilogo delle votazioni sono allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (All.18/1).

La seduta si chiude alle ore 17:00.

Milano 14/03/2024

La Commissione Giudicatrice:

Presidente: Prof. Stefania Cimbanassi

Componente: Dr. Michele Mazzola

Componente: Dott.ssa Greta Mangoni

Lotto 1A - Emostatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Cliente | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| 1 | Qualità tecnica del prodotto | 20 | D | <p>Impresa Medica S.r.l.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>Impresa B. Bran Milano S.p.A.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione buona uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>Impresa Eitel Hospital S.r.l.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>Impresa F.A.S.E. S.r.l.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,80</p> <p>Motivazione ottima uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 3,2</p> | <p>Impresa Mascia Brunetti S.p.A.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>Impresa Medival S.r.l.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione ottima uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>Impresa Tau Medica S.r.l.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,80</p> <p>Motivazione ottima uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 3,2</p> | <p>Impresa Asuni Europe S.p.A.</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,80</p> <p>Motivazione ottima uniformità della trama</p> <p>Punteggio attribuito 3,2</p> | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>1</p> <p>Coefficienti 0,5</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>1</p> <p>Coefficienti 0,5</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>1</p> <p>Coefficienti 0,5</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>1</p> <p>Coefficienti 0,5</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>1</p> <p>Coefficienti 0,5</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>1</p> <p>Coefficienti 0,5</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>1</p> <p>Coefficienti 0,5</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> |
| | | | | | | | | | | | | <p>2</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente morbidezza</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>2</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente morbidezza</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>2</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,80</p> <p>Motivazione buona morbidezza</p> <p>Punteggio attribuito 3,2</p> | <p>2</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente morbidezza</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>2</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente morbidezza</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>2</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente morbidezza</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> | <p>2</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,50</p> <p>Motivazione quasi sufficiente morbidezza</p> <p>Punteggio attribuito 2</p> |
| | | | | | | | | | | | | <p>3</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente consistenza</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>3</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente consistenza</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> | <p>3</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente consistenza</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>3</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione buona consistenza</p> <p>Punteggio attribuito 3,2</p> | <p>3</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente consistenza</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> | <p>3</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente consistenza</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> | <p>3</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente consistenza</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> |
| | | | | | | | | | | | | <p>4</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente adattabilità ai tessuti</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>4</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente adattabilità ai tessuti</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> | <p>4</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente adattabilità ai tessuti</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>4</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 1,00</p> <p>Motivazione eccellente adattabilità ai tessuti</p> <p>Punteggio attribuito 4</p> | <p>4</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente adattabilità ai tessuti</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> | <p>4</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente adattabilità ai tessuti</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> | <p>4</p> <p>Commissari 3</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Coefficienti 1</p> <p>Media dei coefficienti 0,30</p> <p>Motivazione insufficiente adattabilità ai tessuti</p> <p>Punteggio attribuito 1,2</p> |

[Handwritten signatures and initials]

Lotto 1A - Emostatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | Impresa Medical S.r.l. | B. Braun Milano S.p.A. | Etebi Hospita S.r.l. | F.A.S.E. S.r.l. | Mascia Brunelli S.p.A. | Medival S.r.l. | Tau Medica S.r.l. | Assul Europe S.p.A. | | | | | | | | | |
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | revisione narrativa | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | studio clinico randomizzato | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | studio osservazionale | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | esperienza aneddotica | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <4 minuti | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| | | 4-4,15 minuti | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,16-4,30 minuti | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,31-4,45 minuti | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,46-5 minuti | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,01-5,15 minuti | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,16-5,30 minuti | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,31-5,45 minuti | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,46-6 minuti | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,01-6,15 minuti | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,16-6,30 minuti | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,31-6,45 minuti | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,46-7 minuti | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,01-7,15 minuti | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,16-7,30 minuti | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,31-7,45 minuti | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,46-8 minuti | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >8 minuti | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tempo di emostasi: 5-48 minuti; da scheda tecnica ed IFU. Information for use | 17 | T | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Lotto 1A - Emotatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | Miglioramento qualitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | 20 | D | Impresa Medical S.r.l. | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Eribi Hospital S.r.l. | Impresa F.A.S.E. S.r.l. | Impresa Mascia Brunelli S.p.A. | Impresa Mediva S.r.l. | Impresa Tau Medica S.r.l. | Impresa Assui Europe S.p.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | | | | | | | |
| | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | | | | | | | |
| | | | | 0,80 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,90 | | | | | | | | |
| | | | | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | | | | | | | |
| | | | | buon miglioramento del beneficio clinico | insufficiente miglioramento del beneficio clinico | sufficiente miglioramento del beneficio clinico | sufficiente miglioramento del beneficio clinico | insufficiente miglioramento del beneficio clinico | insufficiente miglioramento del beneficio clinico | insufficiente miglioramento del beneficio clinico | sufficiente miglioramento del beneficio clinico | buon miglioramento del beneficio clinico | | | | | | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 16 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | 8 | D | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| | | | | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | | | | | | | |
| | | | | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | | | | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | | | | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | 70 | | 63 | 43,4 | 58,2 | 56,4 | 43,4 | 43,4 | 53,6 | 54,2 | | | | | | | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | | | | | | | | | | |
| | | | | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | | | | | | | | | | |

Lotto 1B - Emostatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Medical S.r.l. | B. Braun Milano S.p.A. | Efreh Hospital S.r.l. | F.A.S.E. S.r.l. | Mascia Brunelli S.p.A. | Medival S.r.l. | Tau Medica S.r.l. | Assul Europe S.p.A. | | | | | | |
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | T | | | | | | | | | | | | | | |
| | | revisione narrativa | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| | | studio clinico randomizzato | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | studio osservazionale | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | esperienza aneddotalica | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <4 minuti | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | |
| | | 4-4,15 minuti | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,16-4,30 minuti | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,31-4,45 minuti | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,46-5 minuti | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,01-5,15 minuti | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,16-5,30 minuti | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,31-5,45 minuti | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,46-6 minuti | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,01-6,15 minuti | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,16-6,30 minuti | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,31-6,45 minuti | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 6,46-7 minuti | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,01-7,15 minuti | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,16-7,30 minuti | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,31-7,45 minuti | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,46-8 minuti | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| > 8 minuti | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tempo di emostasi 5-4-8 minuti, da scheda tecnica ed IFU- Information for use | 17 | T | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials]

Lotto 1C - Emostatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|---|----|
| | | | | Impresa Medical S.r.l. | B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Etebi Hospital S.r.l. | Impresa F.A.S.E. S.r.l. | Impresa Mascha Brunelli S.p.A. | Impresa Medical S.r.l. | Impresa Assut Europe S.p.A. | | | |
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | 5 | | | | | | | | | | |
| | | revisione narrativa | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| | | studio clinico randomizzato | 5 | | 4 | | | 3 | | 4 | | 4 | 2 |
| | | studio osservazionale | 2 | | | | | | | | | | |
| | | esperienza | 1 | | | | | | | | | | |
| | | aneddotica | 1 | | | | | | | | | | |
| | | <4 minuti | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 |
| | | 4-4,15 minuti | 16 | | | | | | | | | | |
| | | 4,16-4,30 minuti | 15 | | | | | | | | | | |
| | | 4,31-4,45 minuti | 14 | | | | | | | | | | |
| | | 4,46-5 minuti | 13 | | | | | | | | | | |
| | | 5,01-5,15 minuti | 12 | | | | | | | | | | |
| | | 5,16-5,30 minuti | 11 | | | | | | | | | | |
| | | 5,31-5,45 minuti | 10 | | | | | | | | | | |
| | | 5,46-6 minuti | 9 | | | | | | | | | | |
| | | 6,01-6,15 minuti | 8 | | | | | | | | | | |
| | | 6,16-6,30 minuti | 7 | | | | | | | | | | |
| 6,31-6,45 minuti | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 6,46-7 minuti | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 7,01-7,15 minuti | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 7,16-7,30 minuti | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 7,31-7,45 minuti | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 7,46-8 minuti | 1 | | | | | | | | | | | | |
| >8 minuti | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tempo di emostasi < 4,8 minuti: da scheda tecnica ed IFLU- information for use | 17 | T | | | | | | | | | | |

Lotto 1D - Emostatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|----|
| 1 | Qualità tecnica del prodotto | 20 | D | Impresa Medical S.r.l. | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Efrabi Hospital S.r.l. | Impresa Mascia Brunelli S.p.A. | Impresa Medival S.r.l. | Impresa Assut Europe S.p.A. | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| 4 | uniformità della trama | 4 | D | Motivazione eccellente uniformità della trama | Motivazione quasi sufficiente uniformità della trama | Motivazione eccellente uniformità della trama | Motivazione quasi sufficiente uniformità della trama | Motivazione buona uniformità della trama | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| 4 | resistenza tensile sia da asciutta che imbevuta di fluidi | 4 | D | Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile | Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile | Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile | Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile | Motivazione quasi sufficiente resistenza tensile | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| 4 | consistenza | 4 | D | Motivazione eccellente consistenza | Motivazione insufficiente consistenza | Motivazione eccellente consistenza | Motivazione insufficiente consistenza | Motivazione buona consistenza | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| 4 | adattabilità ai tessuti | 4 | D | Motivazione eccellente adattabilità ai tessuti | Motivazione insufficiente adattabilità ai tessuti | Motivazione eccellente adattabilità ai tessuti | Motivazione insufficiente adattabilità ai tessuti | Motivazione buona adattabilità ai tessuti | | |
| | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |

Lotto 1D - Emostatitico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|--|----|
| | | | | Medical S.r.l. | B. Braun Milano S.p.A. | Etrich Hospital S.r.l. | Mascia Brunelli S.p.A. | Mediva S.r.l. | Assut Europe S.p.A. | | |
| 2 | Efficacia emostatitica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | 5 | T | | | | | | | |
| | | revisione narrativa | 4 | | 4 | | | | | | |
| | | studio clinico randomizzato | 3 | | | | | | | | 2 |
| | | studio osservazionale | 2 | | | | | | | | |
| | | esperienza anedddotica | 1 | | | | | | | | |
| | | <4 minuti | 17 | | | 17 | | | | | 17 |
| | | 4-4,15 minuti | 16 | | | 17 | | | | | |
| | | 4,16-4,30 minuti | 15 | | | | | | | | |
| | | 4,31-4,45 minuti | 14 | | | | | | | | |
| | | 4,46-5 minuti | 13 | | | | | | | | |
| | | 5,01-5,15 minuti | 12 | | | | | | | | |
| | | 5,16-5,30 minuti | 11 | | | | | | | | |
| | | 5,31-5,45 minuti | 10 | | | | | | | | |
| | | 5,46-6 minuti | 9 | | | | | | | | |
| | | 6,01-6,15 minuti | 8 | | | | | | | | |
| | | 6,16-6,30 minuti | 7 | | | | | | | | |
| | | 6,31-6,45 minuti | 6 | | | | | | | | |
| 6,46-7 minuti | 5 | | | | | | | | | | |
| 7,01-7,15 minuti | 4 | | | | | | | | | | |
| 7,16-7,30 minuti | 3 | | | | | | | | | | |
| 7,31-7,45 minuti | 2 | | | | | | | | | | |
| 7,46-8 minuti | 1 | | | | | | | | | | |
| >8 minuti | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | Tempo di emostasi 5-8 minuti; da scheda tecnica ed IPU-information for use | 17 | T | | | | | | | | |

Lotto 1D - Emostatco riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, resistente alla trazione, riassorbibile e sterile

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|--|---|---|---|---|----------------------------|
| 4 | Miglioramento qualitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | 20 | D | Impresa Medical S.r.l. | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Eliho Hospital S.r.l. | Impresa Maschia Brunelli S.p.A. | Impresa Medival S.r.l. | Impresa Asul Europe S.p.A. |
| | | | | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | |
| | | | | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | |
| | | | | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | |
| | | | | 0,8 0,8 0,8 | 0,3 0,3 0,3 | 0,6 0,6 0,6 | 0,3 0,3 0,3 | 0,3 0,3 0,3 | |
| | | | | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | |
| | | | | 0,80 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | |
| | | | | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | |
| | | | | buon miglioramento del risultato clinico | insufficiente miglioramento del risultato clinico | sufficiente miglioramento del risultato clinico | insufficiente miglioramento del risultato clinico | insufficiente miglioramento del risultato clinico | |
| | | | | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | |
| 16 | 6 | 12 | 6 | 6 | | | | | |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | 8 | D | Impresa Medical S.r.l. | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Eliho Hospital S.r.l. | Impresa Maschia Brunelli S.p.A. | Impresa Medival S.r.l. | Impresa Asul Europe S.p.A. |
| | | | | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | |
| | | | | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | |
| | | | | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | |
| | | | | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | |
| | | | | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | |
| | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | |
| | | | | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | |
| | | | | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | 70 | | 63 | 43,4 | 58,2 | 43,4 | 43,4 | 54,2 |

Lotto 2A - Emotatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, riassorbibile, sterile, in forma fibrillare sfogliabile in strati separabili, utilizzabili singolarmente

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modello di assegnazione del punteggio | Impresa Asut Europe S.p.A. | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Efibio Hospital S.r.l. | Impresa Eumed S.r.l. | Impresa F.A.S.E. S.r.l. | Impresa Farned S.r.l. | Impresa Johnson & Johnson Medical S.p.A. | Impresa Medical S.r.l. | Impresa Medival S.r.l. | Impresa Tau Medica S.r.l. | | |
|----------|---|-----------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici quadro metodologico della evidenza cliniche che documentano efficacia e sicurezza | 5 | T | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | 13 | | | | 13 | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | 12 | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | Tempo di emostasi <36 minuti da solida tecnica Information for use | 13 | T | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Miglioramento qualitativo del risultato clinico (benigno incrementale) | | 20 | | D | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials]

Lotto 2A - Emotatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, riassorbibile, sterile, in forma fibrillare sfogliabile in strati separabili, utilizzabili singolarmente

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Punteggi attribuiti | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| 5 | Presenza di vantaggi logici nella gestione del dispositivo caratteristiche del confezionamento secondario, pratica, igienica, appropriata, maneggevolezza | 6 | D | Impresa Asau Europe S.p.A. | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Efebi Hospital S.r.l. | Impresa Elned S.r.l. | Impresa F.A.S.E. S.r.l. | Impresa Farmed S.r.l. | Impresa Johnson & Johnson Medical S.p.A. | Impresa Medica S.r.l. | Impresa Medova S.r.l. | Impresa Tar Medica S.r.l. | | | |
| | | | | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | Commissari 3 | | |
| | | | | Coefficienti 0,7 | Coefficienti 0,4 | Coefficienti 0,7 | Coefficienti 0,7 | Coefficienti 1 | Coefficienti 1 | Coefficienti 1 | Coefficienti 1 | Coefficienti 1 | Coefficienti 1 | Coefficienti 0,9 | | |
| | | | | Media dei coefficienti 0,70 | Media dei coefficienti 0,40 | Media dei coefficienti 0,70 | Media dei coefficienti 1,00 | Media dei coefficienti 1,00 | Media dei coefficienti 1,00 | Media dei coefficienti 0,90 | | | |
| | | | | Motivazione discreto | Motivazione scadente | Motivazione discreto | Motivazione eccellente | Motivazione discreto | Motivazione eccellente | Motivazione discreto | Motivazione eccellente | Motivazione discreto | Motivazione eccellente | Motivazione discreto | Motivazione ottimo | |
| | | | | Punteggio attribuito 4,2 | Punteggio attribuito 2,4 | Punteggio attribuito 4,2 | Punteggio attribuito 6 | Punteggio attribuito 6 | Punteggio attribuito 6 | Punteggio attribuito 6 | Punteggio attribuito 6 | Punteggio attribuito 6 | Punteggio attribuito 6 | Punteggio attribuito 8 | Punteggio attribuito 5,4 | |
| | | | | Presenza di vantaggi logici nella gestione del dispositivo caratteristiche del confezionamento secondario, pratica, igienica, appropriata, maneggevolezza | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presenza di vantaggi logici nella gestione del dispositivo caratteristiche del confezionamento secondario, pratica, igienica, appropriata, maneggevolezza | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presenza di vantaggi logici nella gestione del dispositivo caratteristiche del confezionamento secondario, pratica, igienica, appropriata, maneggevolezza | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presenza di vantaggi logici nella gestione del dispositivo caratteristiche del confezionamento secondario, pratica, igienica, appropriata, maneggevolezza | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | | | 70 | 56,2 | 33,8 | 57,4 | 43,6 | 43,4 | 44,4 | 61 | 45,4 | 58 | 55,8 | | |

[Handwritten signatures and initials]

Lotto 2B - Emotatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, riassorbibile, sterile, in forma fibrillare sfogliabile in strati separabili, utilizzabili singolarmente

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Assai Europa S.p.A. | | | | | | | | | | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | | | | | | | | | | Impresa Ethel Hospital S.r.l. | | | | | | | | | | Impresa Etenad S.r.l. | | | | | | | | | | Impresa F.A.S.E. S.r.l. | | | | | | | | | | Impresa Farned S.r.l. | | | | | | | | | | Impresa Medical S.r.l. | | | | | | | | | | Impresa Medical S.r.l. | | | | | | | | | | Impresa Tau Medica S.r.l. | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--|--|--|----------|--|----------|--|------------------|--|----------|--|---|--|----------|--|----------|--|------------------|--|----------|--|---|--|----------|--|----------|--|------------------|--|----------|--|--|--|----------|--|----------|--|------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Coeff. 1 | | Coeff. 2 | | Coeff. 3 | | Coeff. 1 | | Coeff. 2 | | Coeff. 3 | | Coeff. 1 | | Coeff. 2 | | Coeff. 3 | | Coeff. 1 | | Coeff. 2 | | Coeff. 3 | | Coeff. 1 | | Coeff. 2 | | Coeff. 3 | | Coeff. 1 | | Coeff. 2 | | Coeff. 3 | | Coeff. 1 | | Coeff. 2 | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi tipi chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | 5 | T | 13 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | 3,0,3,15 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | 3,16-3,30 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,31-3,45 minuti | | | | | | | | | | 3,31-3,45 minuti | | | | | | | | | | 3,31-3,45 minuti | | | | | | | | | | 3,31-3,45 minuti | | | | | | | | | | 3,31-3,45 minuti | | | | | | | | | | 3,31-3,45 minuti | | | | | | | | | | 3,31-3,45 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,46-4 minuti | | | | | | | | | | 3,46-4 minuti | | | | | | | | | | 3,46-4 minuti | | | | | | | | | | 3,46-4 minuti | | | | | | | | | | 3,46-4 minuti | | | | | | | | | | 3,46-4 minuti | | | | | | | | | | 3,46-4 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,1-4,15 minuti | | | | | | | | | | 4,1-4,15 minuti | | | | | | | | | | 4,1-4,15 minuti | | | | | | | | | | 4,1-4,15 minuti | | | | | | | | | | 4,1-4,15 minuti | | | | | | | | | | 4,1-4,15 minuti | | | | | | | | | | 4,1-4,15 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,16-4,30 minuti | | | | | | | | | | 4,16-4,30 minuti | | | | | | | | | | 4,16-4,30 minuti | | | | | | | | | | 4,16-4,30 minuti | | | | | | | | | | 4,16-4,30 minuti | | | | | | | | | | 4,16-4,30 minuti | | | | | | | | | | 4,16-4,30 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tempo di emostasi 5-3-6 minuti: da scheda tecnica ed IFU- Information for use | 13 | T | 7 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | 4,31-4,45 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | 4,46-5 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | 5,1-5,15 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | 5,16-5,30 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | 5,31-5,45 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | 5,46-6 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | >6 minuti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Miglioramento qualitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | 20 | D | 16 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | |
| | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | Coeff. 1 | | | | | | | | | | Coeff. 2 | | | | | | | | | | Coeff. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | Media dei coefficienti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,80 | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | |
| | | | | Motivazione | | | | | | | | | | Motivazione | | | | | | | | | | Motivazione | | | | | | | | | | Motivazione | | | | | | | | | | Motivazione | | | | | | | | | | Motivazione | | | | | | | | | | Motivazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | buon miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | insufficiente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | sufficiente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | scadente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | scadente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | scadente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | scadente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | sufficiente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | | sufficiente miglioramento del risultato clinico | | | | | | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | |

Lotto 2C - Emotatico riassorbibile a base di cellulosa ossidata rigenerata o non rigenerata, riassorbibile, sterile, in forma fibrillare sfogliabile in strati separabili, utilizzabili singolarmente

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modality di assegnazione del punteggio | Punteggi attribuiti | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | 12 | D | Impresa Assai Europa S.p.A. | Impresa B. Braun Milano S.p.A. | Impresa Enebi Hospital S.r.l. | Impresa Etenes S.r.l. | Impresa F.A.S.E. S.r.l. | Impresa Fermid S.r.l. | Impresa Medical S.r.l. | Impresa Medion S.r.l. | Impresa Tau Medica S.r.l. | | | | | | |
| | | | | Commissari | Commissari | Commissari | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti |
| | | | | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| | | | | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| | | | | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti |
| | | | | 0,70 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | |
| | | | | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione |
| | | | | discreto | scadente | discreto | eccellente | eccellente | eccellente | ottimo | |
| Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | | | | |
| 4,2 | 2,4 | 4,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,4 | | | | | |
| Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | Commissari | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | Coefficienti | | | | | |
| 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | | | | | |
| 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | | | | | |
| Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | Media dei coefficienti | | | | | |
| 0,70 | 0,40 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | | | | | |
| Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | Motivazione | | | | | |
| discreto | scadente | discreto | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | ottimo | | | | | |
| Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | Punteggio attribuito | | | | | |
| 4,2 | 2,4 | 4,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,4 | | | | | |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | | | |
| | | | | 56,2 | 33,8 | 57,4 | 43,6 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 58 | 55,8 | | | | | | |

Lotto 4A - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto.

| Criteria | Description and sub-criteria | Points max | Modalità di assegnazione del punteggio | Company Medcomp S.r.l. |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | Qualità tecnica del prodotto | 5 | D | Commissari |
| | | | | 1 2 3 |
| | | | | Coefficienti |
| | | | | 1 1 1 |
| | | Media dei coefficienti | | |
| | | 1,00 | | |
| | | Motivazione | | |
| | | eccellente uniformità della trama | | |
| | | Punteggio attribuito | | |
| | | 5 | | |
| | | Commissari | | |
| | | 1 2 3 | | |
| | | Coefficienti | | |
| | | 1 1 1 | | |
| | | Media dei coefficienti | | |
| | | 1,00 | | |
| | | Motivazione | | |
| | | eccellente resistenza tensile | | |
| | | Punteggio attribuito | | |
| | | 5 | | |
| Commissari | | | | |
| 1 2 3 | | | | |
| Coefficienti | | | | |
| 1 1 1 | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | |
| 1,00 | | | | |
| Motivazione | | | | |
| eccellente morbidezza | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | |
| 5 | | | | |
| Commissari | | | | |
| 1 2 3 | | | | |
| Coefficienti | | | | |
| 1 1 1 | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | |
| 1,00 | | | | |
| Motivazione | | | | |
| eccellente consistenza | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | |
| 5 | | | | |
| Commissari | | | | |
| 1 2 3 | | | | |
| Coefficienti | | | | |
| 1 1 1 | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | |
| 1,00 | | | | |
| Motivazione | | | | |
| eccellente adattabilità ai tessuti | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | |
| 5 | | | | |

[Handwritten signature]

| Lotto 4A - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con trama tipo tessuto non tessuto. | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|--|---|-----|-----|
| Criterio | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. | | |
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | 5 | T | | | |
| | | revisione narrativa | | | 4 | | |
| | | studio clinico randomizzato | | | 3 | | |
| | | studio osservazionale | | | 2 | 2 | |
| | | esperienza aneddotica | | | 1 | | |
| 3 | Presenza di caratteristiche ergonomiche favorevoli | maneggevolezza sul campo chirurgico | 15 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | 1,00 | | | | | | |
| | Motivazione | | | | | | |
| | eccellente maneggevolezza | | | | | | |
| | Punteggio attribuito | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | Commissari | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | Coefficienti | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Media dei coefficienti | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| eccellente facilità di applicazione | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 4 | Miglioramento quali-quantitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | | 20 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | | 0,50 | | |
| | | | | | Motivazione | | |
| | | | | | quasi sufficiente miglioramento del risultato clinico | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

f. mar 94

| Lotto 4A - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto. | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|-----------------------------|---|---|
| Critero | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. | | |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | caratteristiche del confezionamento primario: ingombro, facilità di apertura | 5 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 3 | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | Motivazione | | |
| | | | | | eccellente | | |
| | | | | | Punteggio attribuito | | |
| | | | | | 3 | | |
| | | caratteristiche del confezionamento secondario: praticità, ingombro, robustezza, maneggevolezza | 2 | D | Commissari | | |
| | | | | | | 1 | 2 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | Motivazione | | |
| | | | | | eccellente | | |
| | | | | | Punteggio attribuito | | |
| | | | | | 2 | | |
| | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | 70 | | 57 | | |

lwa 64

Lotto 4B - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto.

| Critero | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|------------------------|
| 1 | Qualità tecnica del prodotto | uniformità della trama | 5 | D | Commissari |
| | | | | | 1 2 3 |
| | | | | | Coefficienti |
| | | | | | 1 1 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti |
| | | 1,00 | | | |
| | | Motivazione | | | |
| | | eccellente uniformità della trama | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | |
| | | 5 | | | |
| | | Commissari | | | |
| | | 1 2 3 | | | |
| | | Coefficienti | | | |
| | | 1 1 1 | | | |
| | | Media dei coefficienti | | | |
| | | 1,00 | | | |
| | | Motivazione | | | |
| | | eccellente resistenza tensile | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | |
| | | 5 | | | |
| Commissari | | | | | |
| 1 2 3 | | | | | |
| Coefficienti | | | | | |
| 1 1 1 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | |
| 1,00 | | | | | |
| Motivazione | | | | | |
| eccellente morbidezza | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Commissari | | | | | |
| 1 2 3 | | | | | |
| Coefficienti | | | | | |
| 1 1 1 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | |
| 1,00 | | | | | |
| Motivazione | | | | | |
| eccellente consistenza | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Commissari | | | | | |
| 1 2 3 | | | | | |
| Coefficienti | | | | | |
| 1 1 1 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | |
| 1,00 | | | | | |
| Motivazione | | | | | |
| eccellente adattabilità ai tessuti | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | |
| 5 | | | | | |

luc 94

| Lotto 4B - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto. | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|--|---|-----|-----|
| Critero | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. | | |
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | 5 | T | | | |
| | | revisione narrativa | | | 4 | | |
| | | studio clinico randomizzato | | | 3 | | |
| | | studio osservazionale | | | 2 | 2 | |
| | | esperienza aneddotica | | | 1 | | |
| 3 | Presenza di caratteristiche ergonomiche favorevoli | maneggevolezza sul campo chirurgico | 15 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | Motivazione | | |
| | eccellente maneggevolezza | | | | | | |
| | Punteggio attribuito | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | facilità di applicazione su siti anatomici irregolari | | 10 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Media dei coefficienti | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| eccellente facilità di applicazione | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 4 | Miglioramento quali-quantitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | | 20 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | | 0,50 | | |
| | | | | | Motivazione | | |
| | | | | | quasi sufficiente miglioramento del risultato clinico | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

P. - Man G4

| Lotto 4B - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto. | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|-----------------------------|
| Critero | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | caratteristiche del confezionamento primario: ingombro, facilità di apertura | 5 | D | Commissari |
| | | caratteristiche del confezionamento secondario: praticità, ingombro, robustezza, maneggevolezza | | | 2 |
| | | | | | 1 2 3 |
| | | | | | Coefficienti |
| | | | | | 1 1 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti |
| | | | | | 1,00 |
| | | | | | Motivazione |
| | | | | | eccellente |
| | | | | | Punteggio attribuito |
| | | | | | 3 |
| | | | | | Commissari |
| | | | | | 1 2 3 |
| | | | | | Coefficienti |
| | | | | | 1 1 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti |
| | | | | | 1,00 |
| | | | | | Motivazione |
| | | | | | eccellente |
| | | | | | Punteggio attribuito |
| | | | | | 2 |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | | 70 | | 57 |

P. Ma G4

Lotto 4C - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Qualità tecnica del prodotto | uniformità della trama | 5 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | Motivazione | | |
| | | | | | eccellente uniformità della trama | | |
| | | | | | Punteggio attribuito | | |
| | | | | | 5 | | |
| | | | | | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | Coefficienti | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | Media dei coefficienti | | | | | |
| | | 1,00 | | | | | |
| | | Motivazione | | | | | |
| | | eccellente resistenza tensile | | | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | | | |
| | | 5 | | | | | |
| Commissari | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| Coefficienti | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| eccellente morbidezza | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Commissari | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| Coefficienti | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| eccellente consistenza | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| Commissari | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| Coefficienti | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| eccellente adattabilità ai tessuti | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

P. - Luca 44

| Lotto 4C - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------|--|---|---|
| Critero | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. | |
| 2 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | 5 | T | | |
| | | revisione narrativa | | | 4 | |
| | | studio clinico randomizzato | | | 3 | |
| | | studio osservazionale | | | 2 | 2 |
| | | esperienza aneddotica | | | 1 | |
| 3 | Presenza di caratteristiche ergonomiche favorevoli | maneggevolezza sul campo chirurgico | 15 | D | Commissari | |
| | | | | | 1 2 3 | |
| | | | | | Coefficienti | |
| | | | | | 1 1 1 | |
| | | | | | Media dei coefficienti | |
| | | | | | 1,00 | |
| | | | | | Motivazione | |
| | eccellente maneggevolezza | | | | | |
| | Punteggio attribuito | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | Commissari | | | | | |
| | 1 2 3 | | | | | |
| | Coefficienti | | | | | |
| | 1 1 1 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | |
| eccellente applicazione | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 4 | Miglioramento quali-quantitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | | 20 | D | Commissari | |
| | | | | | 1 2 3 | |
| | | | | | Coefficienti | |
| | | | | | 0,5 0,5 0,5 | |
| | | | | | Media dei coefficienti | |
| | | | | | 0,50 | |
| | | | | | Motivazione | |
| | | | | | quasi sufficiente miglioramento del risultato clinico | |
| Punteggio attribuito | | | | | | |
| 10 | | | | | | |




| Lotto 4C - Emostatico a base di fibre di collagene in forma microfibrillare di origine animale con tramatura tipo tessuto non tessuto | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|------------------------|---|---|
| Criterio | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Medcomp S.r.l. | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | caratteristiche del confezionamento primario: ingombro, facilità di apertura | 5 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | 1 | | | 1 | 1 | |
| | | Media dei coefficienti | | | | | |
| | | 1,00 | | | | | |
| | | Motivazione | | | | | |
| | eccellente | | | | | | |
| | Punteggio attribuito | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | caratteristiche del confezionamento secondario: praticità, ingombro, robustezza, maneggevolezza | Commissari | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | Coefficienti | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| eccellente | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | | 70 | | 57 | | |

P. - Luca GM

| Lotto 5 - Kit contenente una matrice di gelatina riassorbibile di origine animale, con trombina umana liofilizzata (2.500 UI) volume finale 5 ml. Con applicatore endoscopico | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|
| Critero | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del | Impresa Baxter S.p.A. | | | |
| 1 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | 5 | T | 5 | | | |
| | | revisione narrativa | | | 4 | | | |
| | | studio clinico randomizzato | | | 3 | | | |
| | | studio osservazionale | | | 2 | | | |
| | | esperienza aneddotica | | | 1 | | | |
| 2 | Presenza di caratteristiche ergonomiche favorevoli | maneggevolezza sul campo chirurgico | 20 | 5 | D | Commissari | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | 0,60 | | | | | | |
| | | Motivazione | | | | | | |
| | | sufficiente maneggevolezza | | | | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
| | | facilità di applicazione su siti anatomici anche in siti anatomici irregolari ed attivamente sanguinanti | 10 | D | Commissari | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | Coefficienti | | | |
| | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| | | | | | Media dei coefficienti | | | |
| 0,60 | | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | | |
| sufficiente applicazione | | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| semplificazione nelle procedure di allestimento | 5 | D | Commissari | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | Coefficienti | | | | | |
| | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | | |
| | | | Media dei coefficienti | | | | | |
| 0,60 | | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | | |
| sufficiente semplificazione nelle procedure di allestimento | | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 3 | Presenza di un meccanismo d'azione innovativo/modalità di azione innovativa | 10 | D | Commissari | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | | Coefficienti | | | | |
| | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | | | |
| | | | | 0,60 | | | | |
| | | | | Motivazione | | | | |
| | | | | sufficiente | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | | | | |
| | | | | 6 | | | | |

P. Mor 64

| Lotto 5 - Kit contenente una matrice di gelatina riassorbibile di origine animale, con trombina umana liofilizzata (2.500 UI) volume finale 5 ml. Con applicatore endoscopico | | | | | | |
|--|--|---|-----------|------------------------------|--|------------------------|
| Criterio | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del | Impresa Baxter S.p.A. | |
| 4 | Miglioramento quali-quantitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | | 20 | D | Commissari | |
| | | | | | 1 2 3 | |
| | | | | | Coefficienti | |
| | | | | | 0,8 0,8 0,8 | |
| | | | | | Media dei coefficienti | |
| | | | | | 0,80 | |
| | | | | | Motivazione | |
| | | | | | buon miglioramento del risultato clinico | |
| | | | | | Punteggio attribuito | |
| | | | | | 16 | |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | caratteristiche del confezionamento primario: ingombro, facilità di apertura | 15 | 8 | D | Commissari |
| | | | | | | 1 2 3 |
| | | | | | | Coefficienti |
| | | | | | | 1 1 1 |
| | | | | | | Media dei coefficienti |
| | | 1,00 | | | | |
| | | Motivazione | | | | |
| | | eccellente | | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | caratteristiche del confezionamento secondario: praticità, ingombro, robustezza, maneggevolezza | 7 | D | Commissari | | |
| | | | | 1 2 3 | | |
| | | | | Coefficienti | | |
| | | | | 1 1 1 | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | 1,00 | | | | |
| | | Motivazione | | | | |
| | | eccellente | | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | | |
| | | 7 | | | | |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | | 70 | | 54 | |

 . 

| Lotto 6 - Kit contenente una matrice di gelatina riassorbibile di origine animale, con trombina umana liofilizzata (2.000 UI) volume finale 8 ml | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|------------------------------|--|---|---|
| Criterio | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del | Impresa Johnson & Johnson Medical S.p.A. | | |
| 1 | Efficacia emostatica sui diversi siti chirurgici: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano efficacia e sicurezza | metanalisi | 5 | T | | | |
| | | revisione narrativa | | | 4 | | |
| | | studio clinico randomizzato | | | 3 | 3 | |
| | | studio osservazionale | | | 2 | | |
| | | esperienza aneddotica | | | 1 | | |
| 2 | Presenza di caratteristiche ergonomiche favorevoli | maneggevolezza sul campo chirurgico | 5 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | 1,00 | | | | | |
| | | Motivazione | | | | | |
| | | eccellente maneggevolezza | | | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | | | |
| | | 5 | | | | | |
| | | Commissari | | | | | |
| | | 1 | 2 | | 3 | | |
| | | Coefficienti | | | | | |
| | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | Media dei coefficienti | | | | | |
| 1,00 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| eccellente applicazione | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Commissari | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| Coefficienti | | | | | | | |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | | | | | |
| Media dei coefficienti | | | | | | | |
| 0,80 | | | | | | | |
| Motivazione | | | | | | | |
| buona semplificazione nelle procedure di allestimento | | | | | | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 3 | Miglioramento quali-quantitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | 20 | 5 | D | Commissari | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | Coefficienti | | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | Motivazione | | |
| | | | | | eccellente miglioramento del risultato clinico | | |
| Punteggio attribuito | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

P.

lucio gh

| Lotto 6 - Kit contenente una matrice di gelatina riassorbibile di origine animale, con trombina umana liofilizzata (2.000 UI) volume finale 8 ml | | | | | | |
|--|---|--|-----------|------------------------------|---|------------------------|
| Critero | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del | Impresa Johnson & Johnson Medical S.p.A. | |
| 4 | Presenza di un meccanismo d'azione innovativo/modalità di azione innovativa | | 10 | D | Commissari | |
| | | | | | 1 2 3 | |
| | | | | | Coefficienti | |
| | | | | | 0,8 0,8 0,8 | |
| | | | | | Media dei coefficienti | |
| | | | | | 0,80 | |
| | | | | | Motivazione | |
| | | | | | buono | |
| | | | | | Punteggio attribuito | |
| | | | | | 8 | |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | caratteristiche del confezionamento primario: ingombro, facilità di apertura | 15 | 8 | D | Commissari |
| | | | | | | 1 2 3 |
| | | | | | | Coefficienti |
| | | | | | | 1 1 1 |
| | | | | | | Media dei coefficienti |
| | | 1,00 | | | | |
| | | Motivazione | | | | |
| | | eccellente | | | | |
| | | Punteggio attribuito | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | caratteristiche del confezionamento secondario: praticità, ingombro, robustezza, maneggevolezza | 7 | D | Commissari | | |
| | | | | 1 2 3 | | |
| | | | | Coefficienti | | |
| | | | | 0,9 0,9 0,9 | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | |
| | | | | 0,90 | | |
| | | | | Motivazione | | |
| | | | | ottimo | | |
| | | | | Punteggio attribuito | | |
| | | | | 6,3 | | |
| TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | | 70 | | 64,3 | |

P. Mer 94

Lotto 7 - Adesivo a base di cianoacrilato, in forma liquida, precaricata in una fiala di vetro sigillata e sterile e strumento di erogazione chirurgica a pistola per chirurgia Open. Destinato alla riparazione protesica dell'ernia e alla chirurgia di parte addominale.

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Aptiva Medical S.r.l. | | | Impresa Innovamedica S.p.A. | | | Impresa Medival S.r.l. | | | |
|----------|--|---|-----------|--|-------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Efficacia sigillante in chirurgia "open" della parete addominale con utilizzo di protesi: qualità metodologica delle evidenze cliniche che documentano | metanalisi | 5 | T | | | | | | | | | | |
| | | revisione narrativa | | | 4 | | | | | | | | | |
| | | studio clinico randomizzato | | | 3 | | | | | | | | | |
| | | studio osservazionale | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | esperienza aneddotica | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Presenza di caratteristiche ergonomiche favorevoli | rilascio goccia a goccia di singoli ancoraggi di volume costante e preciso da diverse angolazioni | 10 | D | Commissari | | | Commissari | | | Commissari | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | |
| | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| | | | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | |
| | | | | | 0,80 | | | 0,60 | | | 0,90 | | | |
| | | | | | Motivazione | | | Motivazione | | | Motivazione | | | |
| | | | | | buon rilascio | | | sufficiente rilascio | | | ottimo rilascio | | | |
| | | | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | |
| | | | | | 8 | | | 6 | | | 9 | | | |
| | Commissari | | | | Commissari | | | Commissari | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | Coefficienti | | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | | | | |
| | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | | | |
| | Media dei coefficienti | | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | | | | |
| | 0,80 | | | | 0,60 | | | 0,90 | | | | | | |
| | Motivazione | | | | Motivazione | | | Motivazione | | | | | | |
| | buona erogazione | | | | sufficiente erogazione | | | ottima erogazione | | | | | | |
| | Punteggio attribuito | | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | | | | |
| 8 | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | |
| 3 | Presenza di un meccanismo d'azione innovativo/modalità di azione innovativa | 10 | D | Commissari | | | Commissari | | | Commissari | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | | |
| | | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | | |
| | | | | 0,80 | | | 0,60 | | | 0,90 | | | | |
| | | | | Motivazione | | | Motivazione | | | Motivazione | | | | |
| | | | | buono | | | sufficiente | | | ottimo | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | | |
| | | | | 8 | | | 6 | | | 9 | | | | |

P. - [Signature]

Lotto 7 - Adesivo a base di cianoacrilato, in forma liquida, precaricata in una fiala di vetro sigillata e sterile e strumento di erogazione chirurgica a pistola per chirurgia Open. Destinato alla riparazione protesica dell'ernia e alla chirurgia di parte addominale.

| Criterio | Descrizione e sub-criteri | Punti max | Modalità di assegnazione del punteggio | Impresa Aptiva Medical S.r.l. | | | Impresa Innovamedica S.p.A. | | | Impresa Medival S.r.l. | | | | | |
|---|---|-----------|--|--|-----|-----------------------------|--|-----|-----------------------------|--|-----|------------|-----------|---|--|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 4 | Miglioramento quali-quantitativo del risultato clinico (beneficio incrementale) | 20 | D | Commissari | | | Commissari | | | Commissari | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | | | |
| | | | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | | | |
| | | | | 0,90 | | | 0,80 | | | 0,90 | | | | | |
| | | | | Motivazione | | | Motivazione | | | Motivazione | | | | | |
| | | | | ottimo miglioramento del risultato clinico | | | buon miglioramento del risultato clinico | | | ottimo miglioramento del risultato clinico | | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | | | |
| | | | | 18 | | | 16 | | | 18 | | | | | |
| 5 | Presenza di vantaggi logistici nella gestione del dispositivo | 15 | D | Commissari | | | Commissari | | | Commissari | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | |
| | | | | Motivazione | | | Motivazione | | | Motivazione | | | | | |
| | | | | eccellente | | | eccellente | | | eccellente | | | | | |
| | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | | | | | | |
| | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | |
| | caratteristiche del confezionamento primario: ingombro, facilità di apertura | 8 | D | Commissari | | | Commissari | | | Commissari | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | | | |
| | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | |
| | | | | Motivazione | | | Motivazione | | | Motivazione | | | | | |
| | | | | eccellente | | | eccellente | | | eccellente | | | | | |
| | | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | | | |
| | | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | | | |
| caratteristiche del confezionamento secondario: praticità, ingombro, robustezza, maneggevolezza | | | | 7 | D | Commissari | | | Commissari | | | Commissari | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| | Coefficienti | | | | | Coefficienti | | | Coefficienti | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | Media dei coefficienti | | | | | Media dei coefficienti | | | Media dei coefficienti | | | | | | |
| | 1,00 | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | |
| | Motivazione | | | | | Motivazione | | | Motivazione | | | | | | |
| | eccellente | | | | | eccellente | | | eccellente | | | | | | |
| | Punteggio attribuito | | | | | Punteggio attribuito | | | Punteggio attribuito | | | | | | |
| | 7 | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | |
| | TOTALE PUNTEGGI QUALITATIVI | | 70 | | | | 58 | | | 50 | | | 61 | | |

P. Luca GH