



ALLEGATO B

Atti 415/16 all. 27/2

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO PER MISURAZIONE DELLA VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES) OCCORRENTE ALLA S.C. ANALISI CHIMICO CLINICHE DELL'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

L'obiettivo della scrivente ASST è quello di sondare il mercato al fine di individuare le ditte in grado di fornire un sistema analitico per la misurazione della velocità di eritrosedimentazione (VES) occorrente alla S.C. Analisi Chimico Cliniche.

OGGETTO DELLA FORNITURA

CARATTERISTICHE INDISPENASBILI DEI SISTEMI DIAGNOSTICI

- 1 strumento nuovo di fabbrica e di ultima generazione per l'esecuzione adeguato al carico di lavoro indicato
- 1. Strumento di back-up
- Metodica correlabile con il metodo Westergren
- Utilizzo della stessa provetta campione in EDTA per l'esecuzione della VES e dell'emocromo
- Identificazione dei campioni tramite barcode interno
- Interfacciamento e collegamento bidirezionale di tutti gli strumenti al LIS aziendale ed al middleware di laboratorio
- Accesso random
- Cadenza analitica di almeno 100 campioni/ora
- Partecipazione agli esercizi VEQ gestiti da Regione Lombardia
- Fornitura gratuita di controllo interno di qualità su diversi livelli
- Contenuta manutenzione e minima generazione di reflui di scarto o di qualità su diversi livelli

Il numero di TEST ANNUO presunto: 21.000

Si chiede di allegare documentazione tecnica che attesti tutti i requisiti indicati tra le caratteristiche indispensabili