



SCINTIGRAFIA OSSEA-ARTICOLARE POLIFASICA(TRIFASICA)

INDICAZIONI	Patologie osteo-articolari benigne (patologie reumatologiche, malattie metaboliche dell'osso, mobilitazione meccanica di protesi ortopediche, fratture), lesioni neoplastiche primitivamente ossee. Viene eseguita su singoli distretti scheletrici sede di sospetta patologia, includendo nel campo di vista, quando possibile, anche porzioni o segmenti scheletrici controlaterali
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO. Assumere liquidi durante l'attesa per favorire la rapida eliminazione del radiofarmaco e migliorare il contrasto con l'attività di fondo
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Non segnalati
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	99m Tc HDP
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Acquisizione di immagini scintigrafiche in rapida sequenza subito dopo l'iniezione endovenosa di tracciante e di immagini statiche a distanza di 5' e circa 2 ore e mezza, completate eventualmente da acquisizione total body
DURATA COMPLESSIVA	3 ore circa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	