



Ospedale Niguarda

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

SCINTIGRAFIA PARATIROIDI

INDICAZIONI	Valutazione morfofunzionale delle ghiandole paratiroidi (sospetti adenomi iperfunzionanti; iperparatiroidismo primario o secondario; ricerca di tessuto paratiroideo iperfunzionante ectopico)
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	99m Tc MIBI
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Iniezione del tracciante e successiva acquisizione delle immagini a circa 10,60,120,180 minuti dopo l'iniezione
DURATA COMPLESSIVA	3 ORE circa
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) Assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	