

**SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE con DTPA**

INDICAZIONI	Studio della funzionalità renale
CONTROINDICAZIONI	Gravidanza accertata o presunta
PREPARAZIONE DEL PAZIENTE	NON E' RICHIESTO IL DIGIUNO. Buona idratazione con somministrazione di circa 500 ml di acqua 30 minuti prima dell'esame
FARMACI DA SOSPENDERE PRIMA DELL'ESAME	Nessuno
EFFETTI COLLATERALI	Non segnalati
RADIOFARMACO	^{99m} Tc-DTPA
ATTIVITA' SOMMINISTRATA	Secondo le vigenti linee guida AIMN e EAMN
MODALITA' SOMMINISTRAZIONE	Via endovenosa
MODALITA' ESECUZIONE	Può essere necessaria la somministrazione di diuretico (Furosemide - LASIX) : E' un esame dinamico, prevede un'acquisizione immediatamente dopo l'iniezione del radiofarmaco e una dopo 30 minuti
DURATA COMPLESSIVA	30 minuti senza Lasix ; 1 ora con Lasix;
PRECAUZIONI POST ESAME	Se allattamento (occorre sospensione nelle 30 ore successive alla somministrazione del tracciante) assumere liquidi in abbondanza nelle 24 ore successive all'esame, salvo particolari controindicazioni specifiche, svuotando la vescica non appena avverte lo stimolo. Nella giornata dell'esame, evitare lo stretto contatto con donne gravide e bambini
Il Consenso Informato, per tutte le indagini di Medicina Nucleare, verrà compilato e fatto firmare dal paziente il giorno stesso dell'esame	